Wrocław, 09.04.2018

Nr sprawy: USK/DZP/PN-224/2017

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (2)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do pielęgnacji pacjenta – wózki do transportu bielizny, miska pneumatyczna do mycia głowy pacjenta zgodnie z art. 38 ust 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) i pkt VII. 6 i 7 SIWZ informuje, że wpłynęły zapytania jednocześnie wyjaśniając, co następuje:

Zapytanie nr 1
Pakiet 1
Prosimy o określenie czy podane wymiary wózka opatrunkowego są wymiarami samego wózka, czy wraz z wyposażeniem dodatkowym ?
Odpowiedź
Są wymiarami wózka

Zapytanie nr 2
Pakiet 1
Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy o głębokości 550 mm ? Paramter ten przy szerokości 650 – 680 mm jest dużo bardziej funkcjonalny niż podany w SIWZ.
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 3
Pakiet 1
Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy o wysokości całkowitej 1000 mm ? Parametr ten nieznacznie różni się od zapisów SIWZ, jednocześnie nie wpływając na funkcjonalność wózka.
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 4
Pakiet 1
Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy wykonany w całości ze stali lakierowanej proszkowo ? Parametr ten jest równie funkcjonalny, jak konstrukcja oparta na 4 profilach aluminiowych.
Odpowiedź
tak, pod warunkiem, że blat górny i boczny będzie wykonany ze stali nierdzewnej

Zapytanie nr 5
Pakiet 1
Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy, którego szafka oraz szuflady wykonane są ze stali lakierowanej proszkowo ?
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 6
Pakiet 1
Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy wyposażony w bandy z trzech stron blatu górnego (boki oraz tył wózka), które zabezpieczają sprzęt przed zsuwaniem się sprzętu ?
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY WE WROCŁAWIU
50-556 Wrocław, ul. Borowska 213, NIP 898-181-68-56
kancelaria: tel. (71) 733 12 00, **fax** (71) 733 12 09, **e-mail** kancelaria@usk.wroc.pl; www.usk.wroc.pl

Zapytanie nr 7
Pakiet 1
Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy wyposażony w uchwyty szuflad stalowe lakierowane proszkowo? Rozwiązanie to jest dużo bardziej trwałe, odporne na uszkodzenia niż uchwyty wykonane z tworzywa ABS.
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 8
Pakiet 1
Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy wyposażony w uchwyty szuflad wykonane z anodowanego aluminium? Rozwiązanie to jest dużo bardziej trwałe, odporne na uszkodzenia niż uchwyty wykonane z tworzywa ABS.
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 9
Pakiet 1
Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy wyposażony w szuflady z frontami stalowymi lakierowanymi proszkowo? Rozwiązanie to jest korzystniejsze cenowo niż fronty ze stopu aluminium, jednocześnie nie wpływa na funkcjonalność oraz odporność frontów na uszkodzenia.
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 10
Pakiet 1
Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy wyposażony dodatkowy blat roboczy wysuwany z boku wózka wykonany ze stali lakierowanej proszkowo ?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 11
Pakiet 1
Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy wyposażony w szyny instrumentalne przeznaczone do mocowania wyposażenia dodatkowego wykonane ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa, bez możliwości regulowania ich wysokości ? Wyposażenie dodatkowe mocowane na szynach za pomocą aluminiowych kostek w formie bryły o wymiarach ok. 54x35 mm [wysokość x szerokość], z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy.
Proponowane rozwiązanie na zdjęciu poniżej:

Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 12
Pakiet 1
Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy wyposażony w uchwyt do przetaczania usytuowany na stałe z przodu wózka? Rozwiązanie to gwarantuje większą stabilność w prowadzeniu wózka.
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY WE WROCŁAWIU
50-556 Wrocław, ul. Borowska 213, NIP 898-181-68-56
kancelaria: tel. (71) 733 12 00, **fax** (71) 733 12 09, **e-mail** kancelaria@usk.wroc.pl; www.usk.wroc.pl

Zapytanie nr 13
Pakiet 1
Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy o poniższych parametrach:
Wózek w całości wykonany ze stali lakierowanej proszkowo.
WYKONANIE:
- blat z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50 mm zabezpieczającymi przed zsuwaniem się sprzętu;
- blat, szafka stalowa lakierowana proszkowo, front lakierowany na kolor wg palety RAL ;
- podstawa z odbojami, wyposażona w koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą jazdy;
- wózek wyposażony w 5 szuflad: 1 głęboka i 4 średniej głębokości;
- wszystkie szuflady wyposażone wyciągane tworzywowe podziałki dzielące szufladę na 9 cześci z możliwością dowolnej konfiguracji;
- szuflady wyposażone w system samo domykania
- szuflady wyposażone w zamek centralny
- uchwyty wykonane ze stali lakierowanej proszkowo lub z anodowanego aluminium
- dodatkowy blat roboczy wysuwany z boku wózka wykonany ze stali lakierowanej proszkowo;
- 2x plastikowy kosz na odpady otwierany, z funkcją blokady pokrywy w pozycji pionowej;
- drucinany kosz na pojemnik na igły;
- uchwyt do pojemnika na rękawiczki obudowany z 3 stron;
- szyny instrumentalne przeznaczone do mocowania wyposażenia dodatkowego wykonane ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa;
- wyposażenie dodatkowe mocowane na szynach za pomocą aluminowych kostek w formie bryły o wymiarach ok. 54x35 mm [wysokość x szerokość], z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy;
Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego:
szerokość: 650 mm
głębokość: 550 mm
wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm

Proponowane rozwiązaniu na zdjęciu poglądowym poniżej:

Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 14
Pakiet 1
Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy o poniższych parametrach:
Szafka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9.
WYKONANIE:
- blat wykonany stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50 mm zabezpieczającymi przed zsuwaniem się sprzętu;
- szafka stalowa lakierowana proszkowo, front lakierowany na kolor wg palety RAL;
- podstawa z odbojami, wyposażona w koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą jazdy;
- wózek wyposażony w 5 szuflad: 1 głęboka i 4 średniej głębokości;
- wszystkie szuflady wyposażone wyciągane tworzywowe podziałki dzielące szufladę na 9 cześci z możliwością dowolnej konfiguracji;
- szuflady wyposażone w system samodomykania;
- szuflady wyposażone w zamek centralny;

- uchwyty wykonane ze stali lakierowanej proszkowo lub z anodowanego aluminium;
- dodatkowy blat roboczy wysuwany z boku wózka wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9;
- 2x plastikowy kosz na odpady otwierany, z funkcją blokady pokrywy w pozycji pionowej;
- drucinany kosz na pojemnik na igły;
- uchwyt do pojemnika na rękawiczki obudowany z 3 stron;
- szyny instrumentalne przeznaczone do mocowania wyposażenia dodatkowego wykonane ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa;
- wyposażenie dodatkowe mocowane na szynach za pomocą aluminowych kostek w formie bryły o wymiarach ok. 54x35 mm [wysokość x szerokość], z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy;

Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego:
szerokość: 650 mm
głębokość: 550 mm
wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 15
Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy o poniższych parametrach:
Szafka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, blat i podstawa wykonane z tworzywa ABS.
WYKONANIE:
- blat z tworzywa ABS z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm zabezpieczającymi przed zsuwaniem się sprzętu – możliwość wymiany blatu;
- szafka stalowa lakierowana proszkowo, front lakierowany na kolor wg palety RAL;
- podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS, wyposażona w koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą jazdy;
- wózek wyposażony w 5 szuflad: 1 głęboka i 4 średniej głębokości;
- wszystkie szuflady wyposażone wyciągane tworzywowe podziałki dzielące szufladę na 9 cześci z możliwością dowolnej konfiguracji;
- szuflady wyposażone w system samodomykania;
- szuflady wyposażone w zamek centralny;
- uchwyty wykonane ze stali lakierowanej proszkowo lub z anodowanego aluminium;
- dodatkowy blat roboczy wysuwany z boku wózka wykonany ze stali lakierowanej proszkowo;
- 2x plastikowy kosz na odpady otwierany, z funkcją blokady pokrywy w pozycji pionowej;
- druciany kosz na pojemnik na igły;
- uchwyt do pojemnika na rękawiczki obudowany z 3 stron;
- szyny instrumentalne przeznaczone do mocowania wyposażenia dodatkowego wykonane ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa;
- wyposażenie dodatkowe mocowane na szynach za pomocą aluminowych kostek w formie bryły o wymiarach ok. 54x35 mm [wysokość x szerokość], z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy;

Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego:
szerokość: 670 mm
głębokość: 570 mm
wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm.
Proponowane rozwiązaniu na zdjęciu poglądowym poniżej:

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY WE WROCŁAWIU
50-556 Wrocław, ul. Borowska 213, NIP 898-181-68-56
kancelaria: tel. (71) 733 12 00, **fax** (71) 733 12 09, **e-mail** kancelaria@usk.wroc.pl; www.usk.wroc.pl

Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 16
Pakiet 2
Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy, którego stelaż jest aluminiowo-stalowy? Rozwiązanie to jest korzystniejsze cenowo, jednocześnie nie wpływa na trwałość i stabilność wózka.
Odpowiedź
Tak. Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 17
Pakiet 3
Czy Zamawiający w zapisie parametrów wózka z tacami do rozwożenia leków dotyczącego stelaża aluminiowego/ stalowego miał na myśli stelaż aluminiowo-stalowy?
Odpowiedź
Tak

Zapytanie nr 18
Pakiet 3
Prosimy o wyjaśnienie czy w zapisie parametrów wózka z tacami do rozwożenia leków dotyczącego stelaża, tj. „stelaż wyposażony w koła montażowe[…]" nie wystąpiła omyłka pisarska? Czy zapis ten nie powinien brzmieć „stelaż wyposażony w kanały montażowe[…]" ? Opis kół został uwzględniony w dalszej części specyfikacji.
Odpowiedź
Tak, wystąpiła omyłka pisarska.
Formularz cenowy dla pakietu nr 3 Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską: „… Stelaż wyposażony w kanały montażowe …"

Zapytanie nr 19
Pakiet 5
Czy Zamawiający dopuści stojak do kroplówek z regulacją wysokości w zakresie 1320-2250 mm?
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 20
Pakiet 5
Czy Zamawiający dopuści stojak do kroplówek wyposażony w podstawę z tworzywa sztucznego ?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 21
Pakiet 5
Czy Zamawiający dopuści stojak do kroplówek wyposażony w podstawę oraz kolumnę wykonane ze stali lakierowanej proszkowo ?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 22
Pakiet 5
Czy Zamawiający dopuści stojak do kroplówek wyposażony w kolumnę z rury ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 ?
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 23
Pakiet 5

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY WE WROCŁAWIU
50-556 Wrocław, ul. Borowska 213, NIP 898-181-68-56
kancelaria: tel. (71) 733 12 00, **fax** (71) 733 12 09, **e-mail** kancelaria@usk.wroc.pl; www.usk.wroc.pl

Czy Zamawiający dopuści stojak do kroplówek wyposażony w podstawę o średnicy 580 mm? Parametr ten jest dużo bardziej funkcjonalny od spisów SIWZ.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 24

Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści stojak do kroplówek wyposażony w podstawę o średnicy 600 mm? Parametr ten jest dużo bardziej funkcjonalny od spisów SIWZ.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 25

Pakiet 17

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu bielizny na stelażu z zamkniętych profili aluminiowych anodowanych lub lakierowanych proszkowo? Proponowane rozwiązanie na zdjęciu poglądowym poniżej:

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 26

Pakiet 17

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu bielizny ze stelażami na odpady otwieranymi ręcznie? Opisane w SIWZ parametry są technologicznie niewykonalne.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 27

Wzór umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu dotyczącej kar za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy z 5% do 1%? Produkcja wózków medycznych oraz wózków do przewozu bielizny jest procesem wieloetapowym, składającym się z różnych procesów technologicznych, które wymagają odpowiedniego odstępu pomiędzy nimi (skrócenie którejkolwiek z faz może negatywnie wpłynąć na jakość wykonania). Ponadto Wykonawca musi uwzględnić czas na dostawę do siedziby Zamawiającego co dodatkowo skraca czas na wyprodukowanie zamówienia. W związku z powyższym prosimy o zmniejszenie wysokości kar.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 28

JEDZ

Prosimy o wskazanie, które części Zamawiający ma uzupełnić w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia stanowiącym Rozdział nr II do SIWZ. We wskazanym dokumencie widnieje zapis, iż Zamawiający powinien wskazać części JEDZ, które mają być obligatoryjnie uzupełnione. Część IV, punkt B, C i D z zasady nie jest wypełniania przez Wykonawcę.

Odpowiedź
Zakres informacji, jakie Wykonawcy winni zawrzeć w JEDZ wynika z SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.03.2018 nr Dz.U. S: 2018/S 046-100471

Zapytanie nr 29
Wzór umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru z 5% wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia na 1% wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 30
Pakiet 5
Czy Zamawiający dopuści stojak do kroplówek o wymiarach średnica podstawy 530 mm?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 31
Pakiet 5
Czy Zamawiający dopuści stojak do kroplówek o regulacji wysokości 1250-2200 mm?
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 32
Pakiet 6
Czy Zamawiający dopuści ciśnieniomierz zegarowy wykonany z poliwęglanu?
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 33
Pakiet 6
Czy Zamawiający dopuści ciśnieniomierz w jednej kolorystyce?
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 34
Pakiet 8
Czy Zamawiający dopuści termometr o zakresie pomiaru temperatury ciała: 32,0-42,9
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 35
Pakiet 10
Czy Zamawiający dopuści balkonik rehabilitacyjny z 2 kołami o szerokości 56 cm?
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 36
Pakiet 10
Czy Zamawiający dopuści balkonik rehabilitacyjny z 2 kołami o długości 67 cm?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 37

Pakiet 10
Czy Zamawiający dopuści balkonik rehabilitacyjny z 2 kołami o wadze 4,6 kg?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Zapytanie nr 38
Pakiet 10
Czy Zamawiający dopuści balkonik rehabilitacyjny sztywny na 4 nóżkach o wysokość min: 78,0cm, wysokość max. 96cm?
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 39
Pakiet 10
Czy Zamawiający dopuści balkonik rehabilitacyjny sztywny na 4 nóżkach o szerokości 54 cm?
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 40
Pakiet 10
Czy Zamawiający dopuści balkonik rehabilitacyjny sztywny na 4 nóżkach o wadze 2,65 kg?
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 41
Pakiet 10
Czy Zamawiający dopuści podpórkę 4-kołową o szerokości 60 cm?
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 42
Pakiet 10
Czy Zamawiający dopuści podpórkę 4-kołową o regulowanej wysokości w zakresie min.: 835 - 965 mm?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 43
Pakiet 10
Czy Zamawiający dopuści podpórkę 4-kołową o długości 61 cm?
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 44
Pakiet 10
Czy Zamawiający dopuści podpórkę 4-kołową o wysokości siedziska 545mm oraz szerokości siedziska 340mm?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 45
Pakiet 10
Czy Zamawiający dopuści kulę łokciową o regulowanej wysokości uchwytu 700- 960 mm?
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 46
Pakiet 15

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY WE WROCŁAWIU
50-556 Wrocław, ul. Borowska 213, NIP 898-181-68-56
kancelaria: tel. (71) 733 12 00, **fax** (71) 733 12 09, **e-mail** kancelaria@usk.wroc.pl; www.usk.wroc.pl

Czy Zamawiający dopuści stanowisko do pobierania krwi o wymiarach: długość podstawy: 705 mm, szerokość podstawy: 700 mm; wysokość całkowita 825 mm, szerokość siedziska 370mm pozostałe wymiary zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 47
Pakiet 15
Czy Zamawiający dopuści stanowisko do pobierania krwi o wymiarach: długość podstawy: 600mm, szerokość podstawy: 850 mm; wysokość całkowita 1150 mm, pozostałe wymiary zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 48
Pakiet 16
Czy Zamawiający dopuści taboret prysznicowy prostokątny z oparciem oraz wycięciem w siedzisku o szerokości całkowitej 48 cm i szerokości siedziska 41 cm?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 49
Pakiet 16
Czy Zamawiający dopuści taboret prysznicowy prostokątny z oparciem oraz wycięciem w siedzisku o głębokości całkowitej 56 cm?
Odpowiedź
Tak, po warunkiem, że pozostałe parametry będą zgodne z SIWZ

Zapytanie nr 50
Pakiet 10
Poz. 5
Prosimy o dopuszczenie przenośnika o nośności do 135 kg, przy 20 cm różnicy wysokości lub odstępie między powierzchniami.
Prosimy o dopuszczenie przenośnika o wadze do 1,10 kg
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 51
Pakiet 10
Poz. 6
Prosimy o dopuszczenie łatwoślizgu do przekładania pacjenta w pozycji poziomej o wadze do 160 kg
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 52
Pakiet 10
Poz. 7
Prosimy o dopuszczenie średnicy 38 cm , wagi krążka 1,7 kg oraz wagi maksymalnej pacjenta do 135 kg
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 53
Pakiet 13
Poz. 2
Prosimy o wydzielenie pozycji 2 do osobnego pakietu lub umożliwienie składania ofert na pozycje, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 54
Pakiet 13
Poz. 2
Prosimy o dopuszczenie podnośnika o następujących parametrach:
Podnośnik pionizujący
Regulacja wysokości siłownikiem elektrycznym, zasilanie akumulatorowe, ładowanie za pomocą kabla podłączanego do gniazdka elektrycznego
Obciążenie do 150 kg,
Waga pionizatora: 35 kg
Zakres podnoszenia: 860 – 1300 mm
Sterowanie podnoszeniem/opuszczaniem za pomocą pilota przewodowego oraz za pomocą przycisków sterujących na kolumnie urządzenia.
Podstawa jezdna z możliwością elektrycznego rozszerzania nóżek podstawy poprzez pilot sterujący.
Przycisk awaryjnego zatrzymania
Pilot z uchwytem umożliwiającym zawieszenie.
Elektroniczne zabezpieczenie przed przeładowaniem.
Elektryczny system bezpiecznego opuszczania
Szerokość podstawy jezdnej w pozycji złożonej max: 560mm.
Szerokość podstawy jezdnej w pozycji rozłożonej: 820 mm.
Cztery kółka zwrotne, w tym dwa kółka wyposażone w hamulce.
Miękkie wsporniki na kolana samoczynnie dopasowujące się do ustawienia nóg i umożliwiające naturalne zgięcie stawu skokowego.
Podstawa na stopy.
Uchwyty dla pacjenta.
Klasa ochrony podnośnika IPX4.
Podstawa nóg zabezpieczająca przed ześlizgnięciem się stóp .
Nosidło – pas na klamry podtrzymujący pacjenta (rozm.M).
Dwa akumulatory i ładowarka w zestawie, umożliwiające jednoczesne przemieszczanie pacjenta, gdy drugi akumulator jest w trakcie ładowania.
Gniazdo akumulatora zamontowane na kolumnie podnośnika, ściśle przylegające do kolumny.
Pionizator rejestrujący ilość cykli, w przeliczeniu na czas pracy silnika. (Funkcja ta jest bardziej praktyczna niż zliczanie cykli w oparciu o liczbę naciśnięć guzika na pilocie, ponieważ nie każde naciśnięcie musi się wiązać z wykonaniem pełnego cyklu). W tym aspekcie wbudowany licznik pozwala na identyfikację ilości pełnych cykli i wyświetla informację w formie graficznej.
Gwarancja min. 24 miesiące, w okresie gwarancji bezpłatny przegląd okresowy zgodnie z zaleceniem Producenta min.1 raz w roku.
Urządzenie wyposażone w instrukcję w języku polskim
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 55
Pakiet 13
Poz. 2
Prosimy o dopuszczenie podnośnika o następujących parametrach:
Podnośnik pionizujący

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY WE WROCŁAWIU
50-556 Wrocław, ul. Borowska 213, NIP 898-181-68-56
kancelaria: tel. (71) 733 12 00, **fax** (71) 733 12 09, **e-mail** kancelaria@usk.wroc.pl; www.usk.wroc.pl

Regulacja wysokości siłownikiem elektrycznym, zasilanie akumulatorowe, ładowanie za pomocą kabla podłączanego do gniazdka elektrycznego
Obciążenie do 150 kg,
Waga pionizatora: 43 kg
Zakres podnoszenia: 690 – 1620 mm
Sterowanie podnoszeniem/opuszczaniem za pomocą pilota przewodowego oraz za pomocą przycisków sterujących na kolumnie urządzenia.
Podstawa jezdna z możliwością elektrycznego rozszerzania nóżek podstawy poprzez pilot sterujący.
Przycisk awaryjnego zatrzymania
Pilot z uchwytem umożliwiającym zawieszenie.
Elektroniczne zabezpieczenie przed przeładowaniem.
Elektryczny system bezpiecznego opuszczania
Zewnętrzna szerokość podstawy jezdnej w pozycji złożonej max: 540mm.
Wewnętrzna szerokość podstawy jezdnej w pozycji rozłożonej: 940 mm.
Cztery kółka zwrotne, w tym dwa kółka wyposażone w hamulce.
Miękkie wsporniki na kolana samoczynnie dopasowujące się do ustawienia nóg i umożliwiające naturalne zgięcie stawu skokowego.
Podstawa na stopy.
Uchwyty dla pacjenta.
Klasa ochrony podnośnika IPX4.
Podstawa nóg zabezpieczająca przed ześlizgnięciem się stóp .
Nosidło – pas na klamry podtrzymujący pacjenta (rozm.M).
Dwa akumulatory i ładowarka w zestawie, umożliwiające jednoczesne przemieszczanie pacjenta, gdy drugi akumulator jest w trakcie ładowania.
Gniazdo akumulatora zamontowane na kolumnie podnośnika, ściśle przylegające do kolumny.
Pionizator rejestrujący ilość cykli, w przeliczeniu na czas pracy silnika. (Funkcja ta jest bardziej praktyczna niż zliczanie cykli w oparciu o liczbę naciśnięć guzika na pilocie, ponieważ nie każde naciśnięcie musi się wiązać z wykonaniem pełnego cyklu). W tym aspekcie wbudowany licznik pozwala na identyfikację ilości pełnych cykli i wyświetla informację w formie graficznej.
Gwarancja min. 24 miesiące, w okresie gwarancji bezpłatny przegląd okresowy zgodnie z zaleceniem Producenta min.1 raz w roku.
Urządzenie wyposażone w instrukcję w języku polskim.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 56
Pakiet 13
Poz. 2
Prosimy o dopuszczenie podnośnika o następujących parametrach:
Podnośnik pionizujący
Regulacja wysokości siłownikiem elektrycznym, zasilanie akumulatorowe, ładowanie za pomocą kabla podłączanego do gniazdka elektrycznego
Obciążenie do 300 kg,
Waga pionizatora: 45 kg
Zakres podnoszenia: 1310 – 1650 mm
Sterowanie podnoszeniem/opuszczaniem za pomocą pilota przewodowego oraz za pomocą przycisków sterujących na kolumnie urządzenia.
Podstawa jezdna z możliwością elektrycznego rozszerzania nóżek podstawy poprzez pilot sterujący.
Przycisk awaryjnego zatrzymania
Pilot z uchwytem umożliwiającym zawieszenie.
Elektroniczne zabezpieczenie przed przeładowaniem.
Elektryczny system bezpiecznego opuszczania
Szerokość podstawy jezdnej w pozycji złożonej: 690mm.
Szerokość podstawy jezdnej w pozycji rozłożonej: 1040 mm.
Cztery kółka zwrotne, w tym dwa kółka wyposażone w hamulce.

Miękkie wsporniki na kolana samoczynnie dopasowujące się do ustawienia nóg i umożliwiające naturalne zgięcie stawu skokowego.
Podstawa na stopy.
Uchwyty dla pacjenta.
Klasa ochrony podnośnika IPX4.
Podstawa nóg zabezpieczająca przed ześlizgnięciem się stóp .
Nosidło – pas na klamry podtrzymujący pacjenta (rozm.M).
Dwa akumulatory i ładowarka w zestawie, umożliwiające jednoczesne przemieszczanie pacjenta, gdy drugi akumulator jest w trakcie ładowania.
Gniazdo akumulatora zamontowane na kolumnie podnośnika, ściśle przylegające do kolumny.
Pionizator rejestrujący ilość cykli, w przeliczeniu na czas pracy silnika. (Funkcja ta jest bardziej praktyczna niż zliczanie cykli w oparciu o liczbę naciśnięć guzika na pilocie, ponieważ nie każde naciśnięcie musi się wiązać z wykonaniem pełnego cyklu). W tym aspekcie wbudowany licznik pozwala na identyfikację ilości pełnych cykli i wyświetla informację w formie graficznej.
Gwarancja min. 24 miesiące, w okresie gwarancji bezpłatny przegląd okresowy zgodnie z zaleceniem Producenta min.1 raz w roku.
Urządzenie wyposażone w instrukcję w języku polskim.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 57
Pakiet 17
Czy Zamawiający dopuści drzwi z uchwytami ze stali nierdzewnej (jak konstrukcja wózka) zamiast aluminiowych?
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 58
Pakiet 17
Czy Zamawiający dopuści wózek o dł. całkowitej, tj. mierzonej ze wszystkimi elementami wystającymi poza obrys (zderzaki) wynoszącej 1068 mm? Wymiar przekracza widełki jedynie o 18 mm, a długość korpusu mierzonego bez zderzaków wynosi 995 mm.
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 59
Pakiet 17
Czy Zamawiający przewiduje zamówienia cząstkowe? Jeśli tak, jakie są przewidywane ilości zamówień cząstkowych?
Odpowiedź
Tak

Zapytanie nr 60
Pakiet 17
Termin realizacji całości, tj. 67 szt. wózków wynosi ok. 14 tyg. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści i I dostawę nie wcześniej niż 14 tygodni od podpisania umowy, a kolejne w terminie zadeklarowanym w ofercie?
Odpowiedź
Tak

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm) Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamóweinia

I. Rozdział V SIWZ: pkt XIII. 2 dla pakietu nr 17 otrzymuje nowe brzmienie:

pakiet nr 17

kryterium	Waga [%]	Liczba punktów	Sposób oceny wg wzoru
Cena	**60%**	**60**	**Cena najtańszej oferty** **C = ---------- x 60pkt** **Cena badanej oferty**
Termin dostawy	**20%**	**20**	**8-14 tygodni - 0 pkt.** **6-7 tygodni - 5 pkt.** **4-5 tygodni - 10 pkt.** **3 tygodnie - 15 pkt.** **2 tygodnie i krócej - 20 pkt.**
Okres gwarancji	**20%**	**20**	**(min. 24) 24- miesięcy – o pkt** **30 miesięcy - 5 pkt.** **36 miesięcy - 10 pkt.** **42 miesiące - 15 pkt.** **48 miesięcy i więcej – 20 pkt.**
RAZEM	**100%**	**100**	**S = C + TD + OG**

II. Formularz oferty pkt D
D. Termin dostawy (TD) wynosi ..... tygodni* (pakiety 1-17) /dni* (pakiet 18) (zgodnie z pkt. XIII.2 Rozdziału I SIWZ).
* niepotrzebne skreślić

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 w związku z art. 12a ust. 1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przedłuża termin składania ofert.

Termin składania ofert: 21.05.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 21.05.2018 r. godz. 10:30

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Pouczenie:
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Zofia Widomska-Brycka
Z-ca Kierownika ds. Przetargów