



Wrocław, dnia 03 - 04 - 2018 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-24/2018

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: dostawa sprzętu do Pracowni Endoskopowej dla Dorosłych wg pakietów 1 – 5 na podstawie art. 38 ust.1 pkt. 3), art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców, jednocześnie wyjaśniając co następuje.

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający w pkt. 8 dopuści konstrukcję ze stali malowanej farbą proszkową

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający w pkt. 11 dopuści regulację wysokości 615 – 1015 mm, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający w pkt. 13 dopuści elektromechaniczną regulację Trendelenburga 12 stopni oraz Anty-Trendelenburga 12 stopni, co jest w pełni wystarczającym kątem do tego typu badań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający w pkt. 17 dopuści materac szwowy z pianki nie będącej przeciwoleżynową?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 5


#### **Pakiet 4**

##### Poz. 1 i 2

Prosimy o szczegółowe określenie rozmiaru fartucha. Informujemy, iż dostępne są poniższe rozmiary:

Wzrost (cm)	Obwód klatki piersiowej (cm)			
	do 96	96 : 108	108 : 120	ponad 120
	a x h	a x h	a x h	a x h

do 158	52 x 90 (SV)	60 x 90 (MV)	68 x 90 (LV)	72 x 90 (XLV)
158 - 170	52 x 100 (SS)	60 x 100 (MS)	68 x 100 (LS)	72 x 100 (XLS)
170 - 182	52 x 110 (SM)	60 x 110 (MM)	68 x 110 (LM)	72 x 110 (XLM)
182 - 194	52 x 120 (SL)	60 x 120 (ML)	68 x 120 (LL)	72 x 120 (XLL)
	I	II	III	IV



- a – szerokość fartucha (pierwsza liczba w tabeli)
- b – ~42 cm dla wymiarów fartuchów z kolumny I tabeli
- b – ~50 cm dla wymiarów fartuchów z kolumny II, III i IV tabeli
- h – długość fartucha (druga liczba w tabeli) - dotyczy przodu fartucha
- h – (w fartuchach dwustronnych tył jest o 10 cm krótszy)

Odpowiedź:

3x 158-170cm; 60-120 oraz 2x 182-194; 68-120

Pytanie nr 6

Dotyczy załącznika nr 1 do formularza cenowego dla pakietu nr 1, Opis przedmiotu zamówienia – Wideogastroskop pozycja 2: Czy nie doszło do omyłki pisarskiej przy określeniu kompatybilności sprzętu z jakim powinien współpracować oferowany Wideogastroskop. Źródło światła firmy Olympus posiada oznaczenie CLV-190, natomiast CV-190 jest to oznaczenie procesora wideo?

Odpowiedź:

Zaszła pomyłka pisarska. Posiadamy źródło światła CLV-190 oraz procesor wideo CV-190. Prawidłowy zapis: kompatybilny w procesorem video CV-190

Pytanie nr 7

Dotyczy załącznika nr 1 do formularza cenowego dla pakietu nr 1, pozycja 18: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części zapisu punktu 18 na następujący: „(...) przez okres 8 lat od dostawy sprzętu.”?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8

Dotyczy załącznika nr 1 do formularza cenowego dla pakietu nr 1, pozycja 19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części zapisu punktu 19 na następujący: „(...) przez okres nie krótszy niż 8 lat od daty dostawy sprzętu.”?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

#### Pytanie nr 9

Dotyczy wzoru umowy (rozdział III), pakiet nr 1, paragraf 3, ustęp 10: Powołując się na treść Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Rozdział 11 Używanie i utrzymywanie wyrobów Art. 90. pkt 4 i 5, która nakłada na dystrybutora obowiązek przeprowadzenia fachowej instalacji, okresowych przeglądów, regulacji, kontroli bezpieczeństwa, kalibracji itp, które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika, jednocześnie zobowiązuje dystrybutora do dysponowania, określonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi oraz koniecznością zatrudniania osób posiadających określone przez wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, co w przypadku sprzętu medycznego oznacza długotrwałe i bardzo kosztowne certyfikowane przez producenta szkolenie personelu technicznego.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o rezygnację z wymogu przeprowadzenia szkolenia oraz nadania certyfikatów potwierdzających uzyskanie dostępu do opisanych procedur pracownikom Działu Logistyki wskazanych przez Zamawiającego w zakresie: technicznego przeglądu bezpieczeństwa, procedur kalibracyjnych, testowych, pomiarowych, procedur okresowych czynności konserwacyjnych?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

#### Pytanie nr 10

Dotyczy wzoru umowy (rozdział III), pakiet nr 1, paragraf 3, ustęp 12: Z uwagi na wysoko zaawansowaną technologię w przypadku oferowanego sprzętu, naprawy mogą odbywać się wyłącznie w punktach serwisowych posiadających personel przeszkolony **przez Producenta oraz wymagane przez niego wyposażenie**. Spowodowane jest to odpowiedzialnością producenta za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, przed użytkownikiem jak i pacjentem. Na skutek nieprawidłowego działania mogą oni odnieść uszczerbek na zdrowiu a Użytkownik naszego sprzętu być narażony na roszczenia finansowe ze strony Pacjenta lub Personelu. Wobec powyższego czy Zamawiający podda się, na własny koszt procesowi autoryzacji serwisowej (uzyskania statusu podmiotu upoważnionego przez wytwórcę) zgodnie z art 90 pkt 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych i wymaganiami producenta, a jeśli nie to czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania udostępnienia instrukcji serwisowej i kodów serwisowych, które są dostępne wyłącznie dla autoryzowanych serwisów sprzętu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

#### Pytanie nr 11

Dotyczy wzoru umowy (rozdział III), pakiet nr 1, paragraf 3, ustęp 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapewnienie odpłatnego dostępu do wszystkich części zamiennych i materiałów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie sprzętu przez okres 8 lat od daty dostawy sprzętu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

#### Pytanie nr 12

Dotyczy wzoru umowy (rozdział III), pakiet nr 1, paragraf 4, ustęp 2: Prosimy o doprecyzowanie, że w ramach gwarancji, Wykonawca będzie zobowiązany w ramach serwisu do nieodpłatnego wykonywania jedynie napraw gwarancyjnych (spowodowanych wadą urządzenia, nie powstałych z winy użytkownika)?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

#### Pytanie nr 13

Dotyczy wzoru umowy (rozdział III), pakiet nr 1, paragraf 4, ustęp 2: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający miał na myśli objęcie naprawami gwarancyjnymi uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowej, niezgodnej z instrukcją obsługi eksploatacji dostarczonego sprzętu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 14

Dotyczy wzoru umowy (rozdział III), pakiet nr 1, paragraf 4, ustęp 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu ustępu 7 na zapis następującej treści: „W przypadku awarii, objętej gwarancją, przedłużającej się ponad 5 dni robocze lub wymagającej naprawy w siedzibie serwisu, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy (o parametrach określonych niniejszą umową lub wyższych).”?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 15

Dotyczy wzoru umowy (rozdział III), pakiet nr 1, paragraf 4, ustęp 8: Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu niezbędnego do usunięcia wad do 15 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy? Urządzenia będące przedmiotem zamówienia to wysoce specjalistyczny sprzęt medyczny podporządkowany wymogom szeregu aktów prawnych krajowych i unijnych (ustawa o wyrobach medycznych, MDD 93/42 EEC).

Każdorazowa naprawa urządzenia, musi, ze względu na odpowiedzialność producenta wobec użytkownika i pacjenta (odpowiedzialność za produkt niebezpieczny art 4491-11 KC), doprowadzić do przywrócenia stanu urządzenia zgodnego z deklaracją zgodności

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 16

Dotyczy wzoru umowy (rozdział III), pakiet nr 1, paragraf 4, ustęp 17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części zapisu ustępu 17 na zapis następującej treści: „(...) co najmniej 8 lat od daty dostawy.”?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 17

Dotyczy wzoru umowy (rozdział III), pakiet nr 1, paragraf 4, ustęp 18: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części zapisu ustępu 18 na zapis następującej treści: „(...) co najmniej 8 lat od daty dostawy.”?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 18

Dotyczy wzoru umowy (rozdział III), pakiet nr 1, paragraf 11 ustęp 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej, o której mowa w ustępie 6 do 2% wartości umowy

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 19

Dotyczy wzoru umowy (rozdział III), pakiet nr 3, paragraf 3 ustęp 1 i 5 oraz paragraf 5, ustęp 1: Prosimy o doprecyzowanie zapisów dotyczących dostawy towaru. W ustępie 1 Zamawiający wymaga dostaw sukcesywnych, natomiast w punkcie 5 jest zapis o dostawie asortymentu w terminie 8 tygodni od daty podpisania umowy. Dodatkowo w paragrafie 5, ustęp 1

mowa jest o 12 miesięcznym okresie obowiązywania umowy. Czy Zamawiający wymaga dostaw sukcesywnych przez okres 12 miesięcy (§ 5, pkt 1) z terminem dostawy 72 godziny w dni robocze czy dostawy jednorazowej w terminie 8 tygodni od daty podpisania umowy? Prosimy o ujednoczenie zapisów umowy oraz SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 20

Dotyczy wzoru umowy (rozdział III), pakiet nr 3, paragraf 8 ustęp 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin przystąpienia do usunięcia stwierdzonych wad był liczony w dniach roboczych?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 21

Dotyczy wzoru umowy (rozdział III), pakiet nr 3, paragraf 8 ustęp 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu przystąpienia do usunięcia stwierdzonych wad do 2 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 22

Dotyczy wzoru umowy (rozdział III), pakiet nr 3, paragraf 8 ustęp 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin usunięcia wad był liczony w dniach roboczych?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 23

Dotyczy wzoru umowy (rozdział III), pakiet nr 3, paragraf 8 ustęp 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na usunięcie wad do 5 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 24

Dotyczy wzoru umowy (rozdział III), pakiet nr 3, paragraf 11 ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za opóźnienia w dostarczeniu towaru w tym towaru nowo zareklamowanego do 2% wartości niezrealizowanej dostawy za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 25

Dotyczy wzoru umowy (rozdział III), pakiet nr 3, paragraf 11 ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do ustępu 2 następującego zapisu: „(...) ale nie więcej niż 20% wartości umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 26

Czy do POSTĘPOWANIA NR : USK/DZP/PN-24/2018 sprzęt do pracowni endoskopowej wpłynęły pytania do SIWZ?  
Czy termin składania ofert pozostaje na 29.03.2018?

Odpowiedź:

Termin składania ofert został przesunięty na 06.04.2018

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby kardiomonitor posiadał dokładny pomiar saturacji w technologii Nellcor, Masimo lub Fast? Rozwiązania takie dostępne są dla wszystkich dostawców a pozwolą zamawiającemu podnieść standard zamawianego sprzętu.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający będzie wymagał aby kardiomonitor posiadał konstrukcję nie posiadającą jakichkolwiek wiatraków, używając tym samym chłodzenie w procesie konwekcji?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający będzie wymagał ekranu min. 10 cali?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający będzie wymagał pamięci trendów min. 30 dni?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 31 – dotyczy pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści nowy, nieużywany, nie powystawowy kardiomonitor wyprodukowany w grudniu 2016 roku z pełną oferowaną gwarancją i spełniający pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Jak w SIWZ

Pytanie nr 32 – dotyczy pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez trybu nocnego, ale z możliwością ręcznej regulacji jasności ekranu dwoma kliknięciami z ekranu głównego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 33

Prosimy o wykreślenie pierwszego zdania w § 3 ust 2 oraz ust 4. gdyż dotyczy on przetargów na drobny sprzęt medyczny.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 34

Zwracamy się z prośbą o zmianę § 4 ust 5 i 6 zapisów na następujące: „Jeżeli w przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji wymienionego/ uszkodzonego podzespołu/ elementu biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.”

Usługi gwarancyjne są wykonywane w ramach ceny zaoferowanego urządzenia, więc trudno jest oszacować, czy wykonana akurat naprawa wynosi 40% wartości urządzenia

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 35

Prosimy o zmianę §8 ust. 2 wzoru umowy na następujący: „W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 7 dni jeżeli naprawa nie będzie wymagać sprowadzania części zamiennych z zagranicy i 14 dni jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 37

Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kar umownych w §11 ust. 1 wzoru umowy na 10% wartości brutto niewykorzystanej części umowy. Naliczanie kary od wartości zrealizowanej już prawidłowo umowy jest nadużyciem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 38

Zwracamy się z prośbą o zmianę §11 ust. 2 wzoru umowy na następujący: „Za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru lub za zwłokę w dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 9, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 39

Zwracamy się z prośbą o rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego i tym samym o usunięcie § 11 ust 5.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 40

Zwracamy się z prośbą o zmianę §12 ust. 9 wzoru umowy na następujący: „*Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.*

Odpowiedź:

We wzorze umowy nie występuje §12 ust. 9

Pytanie nr 41

Wnosimy o wykreślenie zapisu §11 ust. 10 oraz 11 jako niezgodne z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych (w przypadku utraty finansowania Zamawiający ma jedynie możliwość unieważnienia postępowania, a nie rozwiązywania umowy w trybie natychmiastowym)

Odpowiedź:

§11 ust. 10 pozostaje bez zmian

§11 ust. 11 otrzymuje brzmienie: „ W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Strony zgodnie postanawiają, że okolicznością wskazaną w zdaniu pierwszym, uprawniającą Zamawiającego do odstąpienia od umowy, jest w szczególności zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ, a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy”

#### **POUCZENIE**

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Informacji, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, udziela Dział Zakupów i Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, tel. 71 / 784 – 20 – 28, faks: 71 / 327 – 09 – 40, faks: 71 / 327 – 09 – 11, adres e-mail: ekomar@usk.wroc.pl

Z upoważnienia Dyrektora  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
im. Jana Mikulicza – Radeckiego  
we Wrocławiu  
*Zofia Widomska -Brycka*