



Wrocław, dnia 23.08.2018 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-224/2018

## Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy( ów) (1)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ,jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu w ramach wyposażenia oddziałów wózki reanimacyjne i zabiegowe oraz parawany wg pakietów 1-3

na podstawie art. 38 ust 1 pkt 3) w związku z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z póź. zm.)

informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy(ów), jednocześnie wyjaśniając co następuje:

### Zapytanie nr 1

#### Pytania dotyczące Pakietu 1 – wózek medyczny-zabiegowy 29 szt.:

1. Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy o wymiarach (bez dodatkowego wyposażenia): długość 640mm, głębokość 520mm?
2. Czy Zamawiający dopuści szyny instrumentalne montowane za pomocą śrub i dystansów z tworzywa oraz narożniki zabezpieczone zaślepką z tworzywa?
3. Czy Zamawiający dopuści koszyk na akcesoria lakierowany proszkowo, grubość drutu 2mm, stelaż 4mm, wymiary 350x200x150mm, z uchwytem na szynę?

ODPOWIEDŹ :

Ad 1,- Zamawiający dopuści również ;

Ad 2- Zamawiający dopuści również ;

Ad 3 - Zamawiający dopuści również ;

### Zapytanie nr 2

#### Pytania dotyczące Pakietu 2 – wózek reanimacyjny 3 szt.:

1. Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy o wymiarach (bez dodatkowego wyposażenia): długość 640mm, głębokość 520mm?
2. Czy Zamawiający dopuści szyny instrumentalne montowane za pomocą śrub i dystansów z tworzywa oraz narożniki zabezpieczone zaślepką z tworzywa?
3. Czy Zamawiający dopuści koszyk na akcesoria lakierowany proszkowo, grubość drutu 2mm, stelaż 4mm, wymiary 350x200x150mm, z uchwytem na szynę?
4. Czy Zamawiający dopuści deskę do przeprowadzenia RKO z tworzywa HDPE o wymiarach 599x410x70mm?

*Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną*



ODPOWIEDŹ :

Ad 1,- Zamawiający dopuści również ;

Ad 2- Zamawiający dopuści również ;

Ad 3 - Zamawiający dopuści również

Ad 4 - Zamawiający dopuści również

### Zapytanie nr 3

Pakiet 1 – Wózek medyczny – zabiegowy 29 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o wymiarach (bez wyposażenia) nieznacznie różniących się od wymaganych, wynoszących: dł.: 820 mm, gł.: 660 mm, wys. do blatu 900 mm?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

2. Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach szafki nieznacznie różniących się od wymaganych, wynoszących: dł. 615 mm; gł. 530 mm; wys.: od podłoża (wraz układem jezdny) do blatu: 900 mm?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w 4 szuflady o wysokości frontów: 3x 130 mm i 1x 225mm?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

4. Czy z uwagi na przeznaczenie wózka, Zamawiający oczekuje, aby fronty szuflad wyposażone były w jednoczęściowe, silikonowe uszczelki podwyższające walory higieniczne wózka?

ODPOWIEDŹ : Zgodnie z SIWZ

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w 4 szuflady o wymiarach powierzchni użytkowej:

przy wys. frontów 130 mm: 490x505x 120mm (+/- 5mm) (szer.gł.wys.)

przy wys. frontu 225 mm: 490x505x 185 mm (+/- 5mm) (szer.gł.wys.)

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

6. Prosimy o doprecyzowanie, czy z uwagi na przeznaczenie wózka, Zamawiający oczekuje aby prowadnice szuflad były zabudowane co najmniej z 3 stron, co znacznie ułatwi utrzymanie wózka w czystości (boki oraz od góry)? Prowadnice odkryte, montowane zewnętrznie są trudne do utrzymania w czystości.

ODPOWIEDŹ : Zgodnie z SIWZ

*Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną*



7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z blatem z tworzywa ABS, z przegłębieniem otoczony z 3 stron bandami o wys. 60 mm?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

8. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 4 elastyczne, obrotowe krążki odbojowe umieszczone nad układem jezdnym wózka? Nadmieniam, że taka forma odbojów lepiej zabezpieczy nie tylko wózek jak również „przeszkodę”.

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

9. Czy Zamawiający dopuści wózek z blatem bocznym o wymiarach: szer.gł.: 490 x 460mm?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w uchwyty szuflad w kształcie litery „C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej lub lakierowane proszkowo?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w szyny instrumentalne wykończone nakładkami z tworzywa, z dwupunktowym mocowaniem do korpusu? Nadmieniamy, iż rozwiązanie to jest równie dobrym jak opisane, stosowane przez zdecydowaną większość producentów wózków.

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w koszyk na akcesoria wykonany z drutu ze stali kwasoodpornej o grubość drutu 3mm, stelaż 5mm o wys. 200 mm, wyposażony w uchwyt na szynę?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w koszyk na akcesoria wykonany z drutu ze stali kwasoodpornej o grubość drutu 3mm, stelaż 5mm o wymiarach 580x285x130 mm, z uchwytem na szynę?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w stelaż na worki na odpady wykonany ze stali kwasoodpornej, z pokrywą otwieraną ręcznie bez blokady pozycji pionowej? Nadmieniamy, iż pokrywa po otwarciu nie opada samoczynnie – rozwiązanie to stosuje większość producentów

ODPOWIEDŹ : Zgodnie z SIWZ

15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony pojemnik na rękawiczki o wymiarach 130x75x250 mm?

*Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną*



ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w prętowy uchwyt rękawiczek j.u. z uchwytem do mocowania na szynie? Nadmieniamy, iż uchwyt ten pozwala na mocowanie opakowań rękawiczek różnych producentów o różnych rozmiarach.

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w odpowiednio wyprofilowany, ułatwiający prowadzenie wózka uchwyt do przetaczania, zamontowany pod blatem na jednym z boków wózka?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby akcesoria wraz z koszem posiadały własne uchwyty do mocowania na szynie sprzętowej wózka, wykonane ze stali kwasoodpornej z pokrętkiem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujące przesuwanie osprzętu podczas jazdy, dostosowane do wymiarów szyn sprzętowych?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

19. Prosimy o doprecyzowanie, Czy Zamawiający oczekuje wózka wykonanego ze stali lakierowanej proszkowo, wykonanego w systemie podwójnej ścianki z wygłuszeniem odpornym na wilgoć, o grubości ścianek bocznych 28 mm? Nadmieniamy iż wózek wygłuszony nie „dzwoni” podczas jazdy, podczas użytkowania brak metalicznego odgłosu.

ODPOWIEDŹ : Zgodnie z SIWZ

20. Czy z uwagi na przeznaczenie, Zamawiający oczekuje aby wózek pokryty był farbami o właściwościach antybakteryjnych? Właściwości farby wspomagają walkę z zakażeniami szpitalnymi, zapobiegają namnażaniu się bakterii.

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

#### **Zapytanie nr 4**

##### Pakiet 2 – Wózek reanimacyjny -3 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o wymiarach (bez wyposażenia) nieznacznie różniących się od wymaganych, wynoszących: dł.: 820 mm, gł.: 660 mm, wys. do blatu 900 mm?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

2. Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach szafki nieznacznie różniących się od wymaganych, wynoszących: dł. 615 mm; gł. 530 mm; wys.: od podłoża (wraz układem jezdnym) do blatu: 900 mm?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

*Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną*

---



3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w 4 szuflady o wysokości frontów: 3x 130 mm i 1x 225mm?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

4. Czy z uwagi na przeznaczenie wózka, Zamawiający oczekuje, aby fronty szuflad wyposażone były w jednoczęściowe, silikonowe uszczelki podwyższające walory higieniczne wózka?

ODPOWIEDŹ : Zgodnie z SIWZ

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w 4 szuflady o wymiarach powierzchni użytkowej:

przy wys. frontów 130 mm: 490x505x 120mm (+/- 5mm) (szer.gł.wys.)

przy wys. frontu 225 mm: 490x505x 185 mm (+/- 5mm) (szer.gł.wys.)

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

6. Prosimy o doprecyzowanie, czy z uwagi na przeznaczenie wózka, Zamawiający oczekuje aby prowadnice szuflad były zabudowane co najmniej z 3 stron, co znacznie ułatwi utrzymanie wózka w czystości (boki oraz od góry)? Prowadnice odkryte, montowane zewnętrznie są trudne do utrzymania w czystości.

ODPOWIEDŹ : Zgodnie z SIWZ

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z blatem z tworzywa ABS, z przegłębieniem otoczony z 3 stron bandami o wys. 60 mm?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

8. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 4 elastyczne, obrotowe krążki odbojowe umieszczone nad układem jezdnym wózka? Nadmieniam, że taka forma odbojów lepiej zabezpieczy nie tylko wózek jak również „przeszkodę”.

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w uchwyty szuflad w kształcie litery „C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej lub lakierowane proszkowo?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w szyny instrumentalne wykończone nakładkami z tworzywa, z dwupunktowym mocowaniem do korpusu? Nadmieniamy, iż rozwiązanie to jest równie dobrym jak opisane, stosowane przez zdecydowaną większość producentów wózków.

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

*Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną*

---



11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w koszyk na akcesoria wykonany z drutu ze stali kwasoodpornej o grubość drutu 3mm, stelaż 5mm o wys. 200 mm, wyposażony w uchwyt na szynę?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w koszyk na akcesoria wykonany z drutu ze stali kwasoodpornej o grubość drutu 3mm, stelaż 5mm o wymiarach 580x285x130 mm, z uchwytem na szynę?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w stelaż na worki na odpady wykonany ze stali kwasoodpornej, z pokrywą otwieraną ręcznie bez blokady pozycji pionowej? Nadmieniamy, iż pokrywa po otwarciu nie opada samoczynnie – rozwiązanie to stosuje większość producentów.

ODPOWIEDŹ : Zgodnie z SIWZ

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w odpowiednio wyprofilowany, ułatwiający prowadzenie wózka uchwyt do przetaczania, zamontowany pod blatem na jednym z boków wózka?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

15. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w deskę reanimacyjną o wymiarach

16. 640 x 440 x 90 mm, wykonaną z lekkiego, elastycznego i wytrzymałego tworzywa sztucznego? Nadmieniamy, iż deska ta jest stosowana w ratownictwie medycznym.

ODPOWIEDŹ : zapytanie nr 15,16- Zamawiający dopuści również

17. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w deskę reanimacyjną o wymiarach

18. 599 x 410 x 70 mm, wykonaną z lekkiego, elastycznego i wytrzymałego tworzywa sztucznego? Nadmieniamy, iż deska ta jest stosowana w ratownictwie medycznym.

ODPOWIEDŹ : zapytanie nr 17,18- Zamawiający dopuści również

19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby akcesoria wraz z koszem posiadały własne uchwyty do mocowania na szynie sprzętowej wózka, wykonane ze stali kwasoodpornej z pokrętkiem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujące przesuwanie osprzętu podczas jazdy, dostosowane do wymiarów szyn sprzętowych?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również  
*Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną*



20. Prosimy o doprecyzowanie, Czy Zamawiający oczekuje wózka wykonanego ze stali lakierowanej proszkowo, wykonanego w systemie podwójnej ścianki z wygłuszeniem odpornym na wilgoć, o grubości ścianek bocznych 28 mm? Nadmieniamy iż wózek wygłuszony nie „dzwoni” podczas jazdy, podczas użytkowania brak metalicznego odgłosu.

ODPOWIEDŹ : Zgodnie z SIWZ

21. Czy z uwagi na przeznaczenie, Zamawiający oczekuje aby wózek pokryty był farbami o właściwościach antybakteryjnych? Właściwości farby wspomagają walkę z zakażeniami szpitalnymi, zapobiegają namnażaniu się bakterii.

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

### Zapytanie nr 5

#### PAKIET 1- 29 SZT. WÓZEK MEDYCZNY- ZABIEGOWY

1) Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązania dotyczące dostawy 29 szt. wózków medycznych – zabiegowych gdyż wskazany przez Państwa opis wskazuje na odpis konkretnej firmy?

Czy Zamawiający dopuści wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego?

-Długość 79 cm

-Szerokość 61 cm

-Wysokość od podłoża do blatu 110 cm

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

3) Czy Zamawiający odstąpi od wózka z szafką na korzyść wózka wyposażonego w 5 szuflad o wymiarach?:

- 2 szuflady o wymiarach 57x50x8 cm

- 2 szuflady o wymiarach 57x50x17 cm

- 1 szuflada o wymiarach 57x50x :25cm

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

### Zapytanie nr 6

#### **Dotyczy: Pakiet 1 – Wózek medyczny – zabiegowy – 29 szt.**

1. Czy (w pkt. 1) Zamawiający dopuści wózek o wymiarach (bez wyposażenia dodatkowego): długość 720 mm, głębokość 610 mm, wysokość od podłoża do blatu 1000 mm?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

*Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną*



2. Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach (bez wyposażenia dodatkowego): długość 650 mm, głębokość 550 mm, wysokość od podłoża do blatu 1000 mm?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

3. Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści wózek posiadający wymiary powierzchni użytkowej szuflad:
- przy wysokości frontów 3 x 150 mm: 450 x 450 x 150 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
  - przy wysokości frontów 1 x 225 mm: 450 x 450 x 225 mm (szerokość x głębokość x wysokość)

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

4. Czy (w pkt. 5) Zamawiający dopuści wózek, w którym szuflady posiadają mechanizm dociskania niedomkniętej szuflady?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

5. Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści wózek, w którym szafka i szuflady są wykonane ze stali lakierowanej proszkowo (fronty i uchwyty szuflad wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego); kolorystyka wózka szara, możliwość wyboru koloru uchwytów szuflad przez Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

6. Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w blat wykonany z tworzywa ABS z przegłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 75 mm?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

7. Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w wysuwany blat boczny z wysokiej jakości tworzywa sztucznego o wymiarach 360 x 360 mm?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

8. Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w ergonomiczne, anty-urazowe uchwyty, bez ostrych krawędzi, zintegrowane z frontami szuflad, umieszczone na całej szerokości szuflady, z możliwością wyboru kolorystyki przez Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

9. Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w:

- 1 szynę instrumentalną do zawieszania wyposażenia dodatkowego, wykonaną ze stali nierdzewnej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez „nakładany” blat z tworzywa
- 3 x uchylna, tworzywowa kuweta na akcesoria umieszczona z boku wózka, każda o wymiarze ok. 400 x 150 x 200 mm
- 1 x pojemnik na odpady z tworzywa z pokrywą otwieraną kolanem
- 1 x uchwyt na pudełko rękawiczek jednorazowych, wykonany ze stali lakierowanej proszkowo
- 1 x blat roboczy posiadający wyprofilowane brzegi służące jako uchwyty do prowadzenia?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

10. Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści wózek, w którym nie ma konieczności mocowania wyposażenia dodatkowego za pomocą aluminiowych kostek; w oferowanym wózku korpus z prawej strony oraz z tyłu

*Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną*





posiada nagwintowane otwory montażowe w celu łatwego i szybkiego zainstalowania wyposażenia dodatkowego lub wyposażenie dodatkowe jest mocowane do specjalnych uchwytów i tulei nad blatem górnym wózka?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

### Zapytanie nr 7

#### Dotyczy: Pakiet 2 – Wózek reanimacyjny – 3 szt.

1. Czy (w pkt. 1) Zamawiający dopuści wózek o wymiarach (bez wyposażenia dodatkowego): długość 720 mm, głębokość 610 mm, wysokość od podłoża do blatu 1000 mm?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

2. Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach (bez wyposażenia dodatkowego): długość 650 mm, głębokość 550 mm, wysokość od podłoża do blatu 1000 mm?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

3. Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści wózek posiadający wymiary powierzchni użytkowej szuflad:  
– przy wysokości frontów 3 x 150 mm: 450 x 450 x 150 mm (szerokość x głębokość x wysokość)  
– przy wysokości frontów 1 x 225 mm: 450 x 450 x 225 mm (szerokość x głębokość x wysokość)

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

4. Czy (w pkt. 5) Zamawiający dopuści wózek, w którym szuflady posiadają mechanizm dociskania niedomkniętej szuflady?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

5. Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści wózek, w którym szafka i szuflady są wykonane ze stali lakierowanej proszkowo (fronty i uchwyty szuflad wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego); kolorystyka wózka szara, możliwość wyboru koloru uchwytów szuflad przez Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

6. Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w blat wykonany z tworzywa ABS z przegłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 75 mm?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

7. Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w ergonomiczne, anty-urazowe uchwyty, bez ostrych krawędzi, zintegrowane z frontami szuflad, umieszczone na całej szerokości szuflady, z możliwością wyboru kolorystyki przez Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

8. Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w:

*Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną*



- 1 szynę instrumentalną do zawieszania wyposażenia dodatkowego, wykonaną ze stali nierdzewnej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez „nakładany” blat z tworzywa
- 3 x uchylna, tworzywowa kuweta na akcesoria umieszczona z boku wózka, każda o wymiarze ok. 400 x 150 x 200 mm
- 1 x pojemnik na odpady z tworzywa z pokrywą otwieraną kolanem
- 1 x półka pod defibrylator (bez regulacji wysokości)
- 1 x deska do przeprowadzania RKO wykonana z tworzywa sztucznego o wymiarach 550 x 390 mm
- 1 x blat roboczy posiadający wyprofilowane brzegi służące jako uchwyty do prowadzenia?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

9. Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści wózek, w którym nie ma konieczności mocowania wyposażenia dodatkowego za pomocą aluminiowych kostek; w oferowanym wózku korpus z prawej strony oraz z tyłu posiada nagwintowane otwory montażowe w celu łatwego i szybkiego zainstalowania wyposażenia dodatkowego lub wyposażenie dodatkowe jest mocowane do specjalnych uchwytów i tulei nad blatem górnym wózka?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
im. Jana Mikulicza – Radeckiego  
we Wrocławiu

Magda Jellin  
Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

---

*Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną*