



nr sprawy: USK/DZP/4.8 – 283/2018

Wrocław, 8.10.2018 r.

Odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie przeglądów okresowych kolumn anesteziologicznych prod. Drager w okresie 12 miesięcy

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania wpłynęło zapytanie:

Zapytanie

Czy Zamawiający dopuści wykonanie przeglądu kolumn bez konieczności wymiany części eksploatacyjnych?

Zgodnie z instrukcją użytkowania kolumn producent nakazuje wymianę węży ciśnieniowych i kabli elektrycznych po 10 latach użytkowania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 09.10.2018 do godz. 12:00, otwarcie ofert o godz. 12:15

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Magda Jellin
Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną