



L. Dz. USK/DZP/PN-373/2018

Wrocław, 2019-01-11

**Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla wszystkich oddziałów USK
znak sprawy USK/DZP/PN-373/2018**

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:

- 1/ Czy Zamawiający w Zadaniu 11 dopuści wycenę kaniuli o parametrach: kaniula wykonana z FEP, o przepływie 23ml/min., bez portu bocznego, widoczna w RTG (2 paski), w rozmiarze 24G 0,7x19mm?
- 2/ Czy Zamawiający w Zadaniu 34 poz. 6 dopuści wycenę strzykawki o poj. 2ml z rozszerzeniem skali do 3ml; skalowanej co 0,1ml; posiadające standardowe, podwójne uszczelnienie z gumy syntetycznej bez zawartości lateksu?
- 3/ Czy Zamawiający w Zadaniu 34 poz. 8 dopuści wycenę strzykawki o poj. 5ml z rozszerzeniem skali do 6ml; skalowanej co 0,2ml; posiadające standardowe, podwójne uszczelnienie z gumy syntetycznej bez zawartości lateksu?
- 4/ Czy Zamawiający w Zadaniu 34 poz. 10 dopuści wycenę strzykawki o poj. 10ml z rozszerzeniem skali do 12ml; skalowanej co 0,5ml; posiadające standardowe, podwójne uszczelnienie z gumy syntetycznej bez zawartości lateksu?
- 5/ Czy Zamawiający w Zadaniu 34 poz. 11 dopuści wycenę strzykawki o poj. 20ml z rozszerzeniem skali do 24ml; skalowanej co 1ml; posiadające standardowe, podwójne uszczelnienie z gumy syntetycznej bez zawartości lateksu?
- 6/ Czy Zamawiający w Zadaniu 34 wyrazi zgodę na wycenę opakowań x 100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. na pyt. 1: Zgodnie z SIWZ.

Odp. na pyt. 2: Zgodnie z SIWZ.

Odp. na pyt. 3: Zgodnie z SIWZ.

Odp. na pyt. 4: Zgodnie z SIWZ.

Odp. na pyt. 5: Zgodnie z SIWZ.

Odp. na pyt. 6: Zamawiający dopuszcza.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu


Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną