



**Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla wszystkich oddziałów USK
znak sprawy USK/DZP/PN-373/2018**

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Zadanie nr 3, poz. 9, 10, 12

Czy Zamawiający dopuści maski wykonane z przezroczystego nietoksycznego PCV, z zachyłkiem nosowym z blaszką, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 5, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści dren Khera z silikonu z ramionami o długości 450x180 mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody do EKG okrągłe z języczkiem w rozmiarze 36 x 31 mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 9, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści nożyczki do zaciskacza pępowinowego o długości ostrza ok. 11mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 11, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igły do penów w rozmiarze 0,25mm x 6mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 48, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'90szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. TAK.

Zadanie nr 48, poz. 17, 18

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. TAK.

Zadanie nr 48, poz. 27

Czy Zamawiający dopuści worek zbiorczy o pojemności 150 ml, z obrotowym łącznikiem Luer-Lock, z zastawką antyrefleksyjną oraz zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego „T”, obsługiwanym jedną ręką, komora pomiarowa o pojemności 60 ml, skalowana co 1 ml, z możliwością zawieszenia, wyposażona w filtr hydrofobowy oraz kranik spustowy, komora kroplowa typu Pasteur'a tworząca „suchą” barierę powietrzną, dren z samouszczelniającym się portem do pobierania próbek, zaciskiem klamrowym oraz standardowym łącznikiem urologicznym do połączenia z cewnikiem urologicznym?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Zadanie nr 56, poz.7

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya trójdrożne bez zatyczki, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 65A, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę sterylną w rozmiarze 16cm x 300cm z dwoma taśmami lepnyimi?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 65A, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o wymiarach 35cm x 120cm o gramaturze 56g/m2 pakowana z jedną taśmą samoprzylepną w rozmiarze 10cm x 50cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 65A, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści trzyczęściową osłonę na ramię „C” o grubości 0,065mm, składający się z:

- górna osłona w rozmiarze 100cm x 160cm,
- dolna osłona w rozmiarze 80cm x 150cm,
- 2 taśmy samoprzylepne w rozmiarze 3cm x 100cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 67, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści niejałowe szczotki zaopatrzone z jednej strony w nylonową lub polietylenową szczotkę z drugiej w miękką gąbkę poliuretanową w rozmiarze 9x4,5x3,5cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu


Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną