



Wrocław, 02.05.2019

Nr sprawy: USK/DZP/PN-71/2019

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (13)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi przeglądu okresowego aparatury medycznej w pakietach od 1 do 190 w okresie 36 miesięcy – kolejne powtórzenie zgodnie z art. 38 ust 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) i pkt IX. ppkt 1, 2 SIWZ informuje, że wpłynęły zapytania jednocześnie wyjaśniając, co następuje:

Pytanie nr 1

Dot. Wzór Umowy par. 2 pkt. 3

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu w pakietach nr: 8; 11; 13; 14; 15; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 33; 61; 62; 64; 65; 66; 67; 68; 70; 71; 73; 74; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 92; 93; 99; 101; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 126a; 127; 128; 129; 131; 133; 134; 142; 143; 144; 145; 146; 148; 149; 150; 151; 152; 154; 155; 156; 157; 161; 170; 171; 172; 173; 188.

- instalacja najnowszej wersji oprogramowania operacyjnego

- przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi urządzeń - na wezwanie Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy. Szkolenie zakończone certyfikatem.

Czy Zamawiający usunie z zapisu zdanie „Szkolenie zakończone certyfikatem” Uzasadnienie: Tego typu certyfikat może nadać tylko producent.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza odstępnie od zapisu w pakietach 8, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 99, 101, 121, 123, 124, 125, 126, 126a, 127, 128, 129, 131, 133, 134, 142, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 157, 161, 170, 171, 172, 173, 188, ale z zastrzeżeniem, iż przeglądy zostaną wykonane zgodnie z aktualnymi wymogami Wytwórcy oraz zgodnie z instrukcją serwisową. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2

Dot. Wzór Umowy par. 2 pkt. 5

Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie pracowników Działu Logistyki wskazanych przez Zamawiającego w zakresie:

- a) obsługi technicznej aparatów,
- b) procedur kalibracyjnych, testowych, pomiarowych,
- c) instrukcji obsługi, konserwacji, przeglądów technicznych, napraw i kontroli bezpieczeństwa elektrycznego aparatów objętych przedmiotem zamówienia.

Czy Zamawiający usunie powyższy zapis?

Uzasadnienie: Tego typu certyfikat może nadać tylko producent.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza odstępnie od tego zapisu

Pytanie nr 3

Dot. Wzór Umowy par. 3 pkt. 6

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oraz wymienić części zamienne na fabrycznie nowe, oryginalne, certyfikowane przez producenta urządzeń.

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu – „certyfikowane przez producenta urządzeń” ?

Odpowiedź

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Zamawiający dopuszcza aby: „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oraz wymienić części zamienne na fabrycznie nowe, oryginalne, określone przez Wytwórcę urządzenia”.

Pytanie nr 4

Dot. Wzór Umowy par. 3 pkt. 13

Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu każdorazowej usługi sporządzić raport serwisowy w języku polskim wraz z check listą potwierdzony przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego i przekazać w dniu wykonania usługi ww. dokumenty (oryginał) do Działu Logistyki – Sprzęt Medyczny oraz elektronicznie na adres e-mail dsz@usk.wroc.pl. Natomiast kopię ww. dokumentów Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu każdorazowej usługi w dniu wykonania przeglądu/usługi przekazać użytkownikowi. W dniu wykonania przeglądu Wykonawca zobowiązany jest dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia, wydać orzeczenia o sprawności urządzeń (certyfikat), a także umieścić trwale na sprzęcie etykietę potwierdzającą powyższe. Oryginał certyfikatu/orzeczenia o sprawności urządzeń Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu wykonania przeglądu do Działu Logistyki oraz w wersji elektronicznej (skan) na adres dsz@usk.wroc.pl również w dniu wykonania przeglądu.

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu, że komplet dokumentów należy dostarczyć w dniu przeglądu i wydłuży termin ?.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, aby: „ Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu każdorazowej usługi sporządzić raport serwisowy w języku polskim wraz z check listą potwierdzony przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego i przekazać w terminie do 3 dni od wykonania usługi ww. dokumenty (oryginał) do Działu Logistyki – Sprzęt Medyczny oraz elektronicznie na adres e-mail dsz@usk.wroc.pl. Natomiast kopię ww. dokumentów Wykonawca jest zobowiązany po wykonaniu każdorazowej usługi w dniu wykonania przeglądu/usługi przekazać użytkownikowi. W dniu wykonania przeglądu Wykonawca zobowiązany jest dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia, wydać orzeczenia sprawności urządzeń (certyfikat), a także umieścić trwale na sprzęcie etykietę potwierdzającą powyższe. Oryginał certyfikatu/orzeczenia o sprawności urządzeń Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie do 3 dni od wykonania przeglądu do Działu Logistyki oraz w wersji elektronicznej (skan) na adres dsz@usk.wroc.pl w terminie do 3 dni od wykonania przeglądu.”

Pytanie nr 5

Dot. Wzór Umowy par. 3 pkt. 14

Wykonawca oświadcza, iż dysponuje:

- legalnym, aktualnym oprogramowaniem umożliwiającym w pełnym zakresie zrealizowanie przedmiotu zamówienia,
- legalnymi, aktualnymi kodami serwisowymi, hasłami i innymi zabezpieczeniami umożliwiającymi w pełnym zakresie zrealizowanie przedmiotu zamówienia,
- narzędziami, miernikami z aktualnym świadectwem legalizacji, umożliwiającymi w pełnym zakresie realizację przedmiotu zamówienia,
- określonym przez producenta zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi,
- posiada określone przez producenta aktualne instrukcje serwisowe przedmiotu zamówienia oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności,
- zatrudnia osoby posiadające określone przez producenta kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do realizacji przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający odstąpi od po wyższego zapisu w pakietach 8; 11; 13; 14; 15; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 33; 61; 62; 64; 65; 66; 67; 68; 70; 71; 73; 74; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 92; 93; 99; 101; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 126a; 127; 128; 129; 131; 133; 134; 142; 143; 144; 145; 146; 148; 149; 150; 151; 152; 154; 155; 156; 157; 161; 170; 171; 172; 173; 188.

Uzasadnienie: Wymagania podane w zapisie może spełnić tylko producent i nie są one konieczne do wszystkich urządzeń.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ w zakresie ppkt. c, d, e, f. Natomiast w ppkt. a oraz b Zamawiający dopuszcza odstępianie od zapisu w pakietach 8, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 61, 62, 64, 65, 66, Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



67, 68, 70, 71, 73, 74, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 99, 101, 121, 123, 124, 125, 126, 126a, 127, 128, 129, 131, 133, 134, 142, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 157, 161, 170, 171, 172, 173, 188, ale z zastrzeżeniem, iż przeglądy zostaną wykonane zgodnie z aktualnymi wymogami Wytwórcy oraz zgodnie z instrukcją serwisową.

Pytanie nr 6

Dot. Wzór Umowy par. 3 pkt. 16

Dołączony do oferty harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz z aktualnym szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego wraz z ich numerami stanowi załącznik nr do umowy.

Czy Zamawiający odstąpi od powyższy zapis zapisu lub sprecyzuje jakich urządzeń zapis dotyczy? Wymagania podane w zapisie może spełnić tylko producent i nie są one konieczne do wszystkich urządzeń.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7

Dot. Wzór Umowy par. 5 pkt. 4

Należność płatna będzie w terminie 60 dni licząc od początku miesiąca następnego po miesiącu realizacji zamówienia. Zapłata zostanie dokonana na podstawie złożonej u Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT, po uprzednim odbiorze prac zgodnie z załączonym do faktury raportem serwisowym.

Czy Zamawiający zmieni zapis na:

Należność płatna będzie w terminie 60 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT, po uprzednim odbiorze prac zgodnie z załączonym do faktury raportem serwisowym.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 8

Dot. Wzór Umowy par. 6 pkt. 1

1. Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę wynosi:

- na wymienione części – 12 miesięcy. Okres gwarancji ulega wydłużeniu, jeżeli producent tych części zastosował dłuższą gwarancję, na czas trwania gwarancji udzielonej przez producenta. Okres gwarancji liczony jest od dnia zamontowania części i uruchomienia aparatu, potwierdzony raportem serwisowym.
- na wykonaną usługę – 12 miesięcy. W przypadku przestoju sprzętu, aparatu w związku z naprawą gwarancyjną okres gwarancji zostanie wydłużony o czas przestoju sprzętu.

Termin naprawy gwarancyjnej wynosi 3 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

Czy Zamawiający wydłuży termin naprawy gwarancyjnej z 3 do 14 dni, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych do jednego miesiąca od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) przedłuża termin składania ofert.

Termin składania ofert: 10.05.2019 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 10.05.2019 r. godz. 11:30

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Pouczenie:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Magda Jellin
Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną