



Wrocław, 26.04.2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-83/2019

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic jednorazowych dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu zgodnie z art. 38 ust 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) i pkt IX ppkt. 1, 2 SIWZ informuje, że wpłynęły zapytania jednocześnie wyjaśniając, co następuje:

Zapytanie nr 1

Pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezpudrowej, sterylnej rękawicy chirurgicznej, neoprenowej z prostym mankietem z opaską samoprzylepną, powierzchnią zewnętrzną mikroteksturowaną, chlorowaną i silikonowaną, powierzchnią wewnętrzną pokrytą poliuretanem oraz silikonowaną, grubość na palcu 0,185 mm? Badania na przenikalność min. 18 cytostatyków. Opakowanie foliowe bez teksturowanego listka. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Prosimy o odstąpienie od wymogu badań na 4- rzędowe środki czyszczące i 70% izopropanol.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 2

Pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezpudrowej, sterylnej rękawicy chirurgicznej o poziomie białek poniżej 30 µg? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 3

Pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezpudrowej, sterylnej rękawicy chirurgicznej, lateksowej, z powierzchnią wewnętrzną pokrytą poliuretanem i silikonowaną? Grubość na palcu 0,185 mm, na dłoni 0,175 mm, na mankiecie 0,165 mm, poziom białek (test Modified Lowry) poniżej 30µg/g rękawicy, AQL 1,0. Zgodna z normą EN-455 części: 1-4, EN- 374 części 1-3, EN 388, EN 420. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i sprzęt ochrony osobistej.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ

Zapytanie nr 4

Pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie chirurgicznej rękawicy z prostym mankietem z opaską samoprzylepną z powierzchnią zewnętrzną mikroteksturowaną, chlorowaną i silikonowaną, powierzchnią wewnętrzną pokrytą poliuretanem i silikonowaną, zawartość protein <30µg/g, AQL 1? Rękawice sterylizowane radiacyjnie, kształt anatomiczny. Opakowanie foliowe bez teksturowanego listka. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 5

Pozycja 4

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie chirurgicznej rękawicy lateksowej bezpudrowej z prostym mankietem, z powierzchnią zewnętrzną mikroteksturowaną i chlorowaną, powierzchnią wewnętrzną chlorowaną, zawartość protein <30µg/g, AQL 1? Rękawice sterylizowane radiacyjnie, kształt anatomiczny. Opakowanie foliowe bez teksturowanego listka. Zarejestrowane jako wyrób medyczny.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Pouczenie:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Magda Jellin
Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną