



Wrocław, dnia 07-05-2019 r.

Nr sprawy: **USK/DZP/PN-110/2019**

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (2)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „**Dostawa sprzętu specjalistycznego i patomorfologicznego – wyczerpanie asortymentu**”, na podstawie art. 38 ust.1 pkt. 3), art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców, jednocześnie wyjaśniając co następuje.

Dotyczy: Pakiet 1, poz. 10

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz w kształcie grzybka o głębokości nakłucia 1,8 mm 21G oraz 1,8 mm głębokości nakłucia 18G? Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz 1

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ

POUCZENIE

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). Informacji, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, udziela Dział Zakupów i Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, tel. 71/784-27-65;

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu
Zofia Widońska-Brycka
Zastępca Kierownika ds. przetargów

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną