



Wrocław, 24.05.2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/4.8-151/2019

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (3)

Dotyczy: przeгляд okresowy diatermii elektrochirurgicznych w pakietach od 1 do 3 w okresie 12m-cy

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania wpłynęły zapytania:

Zapytanie nr 1

Dot. Wzór Umowy par. 2 pkt. 3

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu w pakietach nr 1; 2; 3.

- instalacja najnowszej wersji oprogramowania operacyjnego

- przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi urządzeń - na wezwanie Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy. Szkolenie zakończone certyfikatem.

Czy Zamawiający usunie z zapisu zdanie „Szkolenie zakończone certyfikatem” Uzasadnienie: Tego typu certyfikat może nadać tylko producent

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza odstąpienie od zapisu w pakietach 1,2,3, ale z zastrzeżeniem, iż przeglądy zostaną wykonane zgodnie z aktualnymi wymogami Wytwórcy oraz zgodnie z instrukcją serwisową. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 2

Dot. Wzór Umowy par. 3 pkt. 6

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oraz wymienić części zamienne na fabrycznie nowe, oryginalne, certyfikowane przez producenta urządzeń.

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu – „ certyfikowane przez producenta urządzeń” ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, aby: "Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oraz wymienić części zamienne na fabrycznie nowe, oryginalne, określone przez Wytwórcę urządzenia

Zapytanie nr 3

Dot. Wzór Umowy par. 3 pkt. 13

Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu każdorazowej usługi sporządzić raport serwisowy w języku polskim wraz z check listą potwierdzony przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego i przekazać w dniu wykonania usługi ww. dokumenty (oryginał) do Działu Logistyki – Sprzęt Medyczny oraz elektronicznie na adres e-mail dsz@usk.wroc.pl Natomiast kopię ww. dokumentów Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu każdorazowej usługi w dniu wykonania przeglądu/usługi przekazać użytkownikowi. W dniu wykonania przeglądu Wykonawca zobowiązany jest dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia, wydać orzeczenia o sprawności urządzeń (certyfikat), a także umieścić trwale na sprzęcie etykietę potwierdzającą powyższe. Oryginał certyfikatu/orzeczenia o sprawności urządzeń Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu wykonania przeglądu do Działu Logistyki oraz w wersji elektronicznej (skan) na adres dsz@usk.wroc.pl również w dniu wykonania przeglądu

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu, że komplet dokumentów należy dostarczyć w dniu przeglądu i wydłuży termin ?-Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, aby: "wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu każdorazowej usługi sporządzić raport serwisowy w języku polskim wraz z check listą potwierdzony przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego i przekazać w terminie do 3 dni od wykonania usługi ww. dokumenty (oryginał) do Działu Logistyki - Sprzęt Medyczny oraz elektronicznie na adres e-mail dsz@usk.wroc.pl. Natomiast kopię ww. dokumentów Wykonawca jest zobowiązany po wykonaniu każdorazowej usługi w dniu wykonania przeglądu/usługi przekazać użytkownikowi. W dniu wykonania przeglądu Wykonawca zobowiązany jest dokonać wpisu w paszporcie technicznym, wydać orzeczenia sprawności urządzeń (certyfikat), a także umieścić trwale na sprzęcie etykietę potwierdzającą powyższe. Oryginał certyfikatu/orzeczenia o sprawności urządzeń Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie do 3 dni od wykonania przeglądu do Działu Logistyki oraz w wersji elektronicznej (skan) na adres dsz@usk.wroc.pl w terminie do 3 dni od wykonania przeglądu

Zapytanie nr 4

Dot. Wzór Umowy par. 3 pkt. 14

Wykonawca oświadcza, iż dysponuje:

- a) legalnym, aktualnym oprogramowaniem umożliwiającym w pełnym zakresie zrealizowanie przedmiotu zamówienia,
- b) legalnymi, aktualnymi kodami serwisowymi, hasłami i innymi zabezpieczeniami umożliwiającymi w pełnym zakresie zrealizowanie przedmiotu zamówienia,
- c) narzędziami, miernikami z aktualnym świadectwem legalizacji, umożliwiającymi w pełnym zakresie realizację przedmiotu zamówienia,
- d) określonym przez producenta zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi,
- e) posiada określone przez producenta aktualne instrukcje serwisowe przedmiotu zamówienia oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności,
- f) zatrudnia osoby posiadające określone przez producenta kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do realizacji przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający odstąpi od powyższego zapisu w pakietach: 1; 2; 3

Uzasadnienie: Wymagania podane w zapisie może spełnić tylko producent.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ w zakresie ppkt. c, d, e, f. Natomiast w ppkt. a oraz b Zamawiający dopuszcza odstąpienie od zapisu w pakietach 1, 2, 3, ale z zastrzeżeniem, iż przeglądy zostaną wykonane zgodnie z aktualnymi wymogami Wytwórcy oraz zgodnie z instrukcją serwisową

Zapytanie nr 5

Dot. Wzór Umowy par. 3 pkt. 16

Dołączony do oferty harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz z aktualnym szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego wraz z ich numerami stanowi załącznik nr do umowy.

Czy Zamawiający odstąpi od powyższego zapisu?

Wymagania podane w zapisie może spełnić tylko producent.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Zapytanie nr 6

Dot. Wzór Umowy par. 5 pkt. 4

Należność płatna będzie w terminie 60 dni licząc od początku miesiąca następnego po miesiącu realizacji zamówienia. Zapłata zostanie dokonana na podstawie złożonej u Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT, po uprzednim odbiorze prac zgodnie z załączonym do faktury raportem serwisowym.

Czy Zamawiający zmieni zapis na:

Należność płatna będzie w terminie 60 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT, po uprzednim odbiorze prac zgodnie z załączonym do faktury raportem serwisowym.

Odpowiedź:

Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Zapytanie nr 7

Dot. Wzór Umowy par. 6 pkt. 1

1. Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę wynosi:

- na wymienione części – 12 miesięcy. Okres gwarancji ulega wydłużeniu, jeżeli producent tych części zastosował dłuższą gwarancję, na czas trwania gwarancji udzielonej przez producenta. Okres gwarancji liczony jest od dnia zamontowania części i uruchomienia aparatu, potwierdzony raportem serwisowym.
- na wykonaną usługę – 12 miesięcy. W przypadku przestoju sprzętu, aparatu w związku z naprawą gwarancyjną okres gwarancji zostanie wydłużony o czas przestoju sprzętu.

Termin naprawy gwarancyjnej wynosi 3 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

Czy Zamawiający wydłuży termin naprawy gwarancyjnej z 3 do 14 dni, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych do jednego miesiąca od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu


Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną

