



L. Dz. **USK/DZP/4.8.-176/2019**

Wrocław, 03.06.2019 r.

**Do Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu**

**Dotyczy:** Usługi serwisowej aparatu Gamma Camera Nuclina TH/33 SN: TH-006052-33

W nawiązaniu do prośby o wyjaśnienie warunków realizacji zamówienia i opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1.

Prośba o wykreślenie z treści Załącznika nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia) słów: „(...) lamp ostrzegawczych” i „inspekcja modułu lampy RTG” ponieważ nie występują w aparacie Gamma Camera Nucline TH-33

Odpowiedź:

**Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmiany.**

2.

Prośba o wykreślenie z treści Załącznika nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia) słów:

„W przypadku części i usług nie wyszczególnionych w pakiecie – Wykonawca ma obowiązek przed ich wymianą/naprawą przedstawić Zamawiającemu ofertę cenową, z uwzględnieniem rabatu wysokości min. 10% od cen katalogowych i po zaakceptowaniu kosztów przez Zamawiającego dokonać usługi lub wymiany części” i zastąpienie ich następującym postanowieniem:

„Wykonawca dostarcza części zamienne do kwoty w wysokości 200,00 zł netto przy każdym okresowym przeglądzie. W przypadku, gdy cena części do wymiany przekracza kwotę, o której mowa w zdaniu poprzednim, przed wymianą Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ofertę na zakup tych części. Wymiana części nastąpi po pisemnej akceptacji kosztów przez Zamawiającego.

Uwzględniając powyższe, prośba o :

- dokonanie analogicznej zmiany w treści wzoru umowy w § 2 ust. 4 pkt 2) oraz § 2 ust. 5;
- wykreślenie § 3 ust. 4 z treści wzoru umowy.

Odpowiedź:

**Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie wnioskowanych zmian.**

3.

Wniosek o wykreślenie z formularza asortymentowo - cenowego pozycji nr 2 „Czas pracy” oraz pozycji nr 3 „Dojazd”. Wycena wskazanych pozycji nie ma uzasadnienia w treści projektu umowy i opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

**Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie wnioskowanych zmian. Zmodyfikowana wersja formularza asortymentowo – cenowego jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.**

---

*Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną*



4.

Prośba o wykreślenie z treści wzoru umowy w § 5 ust. 3 słów „(...) (łącznie z częściami zgodnie z załącznikiem nr 1B)”. W dokumentacji postępowania nie ma załącznika nr 1B, a ponadto sposób postępowania w przypadku części zamiennych opisany jest w innej części umowy.

Odpowiedź:

Załącznik nr 1B (arkusz cenowy części zastępczych) jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego.

5.

Prośba o zmianę brzmienia postanowienia § 5 ust. 3 wzoru umowy adekwatnie do „Formularza oferty” poprzez zastąpienie słów: „(...) 60 dni licząc od początku miesiąca następnego po miesiącu realizacji zamówienia” słowami: „60 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT po wykonaniu usługi”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmiany.

6.

Wniosek o zmianę brzmienia postanowienia § 5 ust. 5 wzoru umowy poprzez zastąpienie słów: „(...) odsetek umownych wysokości 0,01 % za każdy dzień opóźnienia(...)” słowami: „odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany.

7.

Prośba o zmianę brzmienia postanowienia § 5 ust. 8 wzoru umowy poprzez zastąpienie słów: „Cena jednostkowa brutto (...)” słowami: „Wartość umowy netto, o której mowa w § 5 ust. 2 (...)”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany.

8.

Prośba o zmianę postanowienia § 6 ust. 1 umowy w taki sposób, aby otrzymało ono następujące brzmienie: „Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę wynosi:

- na wymienione części – okres gwarancji jest równy okresowi gwarancji udzielonej przez producenta tych części;

- na wykonaną usługę – 3 miesiące, licząc od dnia wykonania usługi.

Termin naprawy gwarancyjnej wynosi 3 dni robocze od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku konieczności sprowadzenia części zza granicy czas naprawy ulega przedłużeniu do 14 dni roboczych.”

Mając na względzie powyższe, kolejna prośba o wykreślenie z formularza oferty słów:

„Okres gwarancji (min. 24 m-ce)”.

Odpowiedź:

a) w zakresie okresu gwarancji na wymienione części – dotychczasowe warunki pozostają bez zmian;

b) w części dotyczącej 3 - miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę - Zamawiający dopuszcza zmianę.

c) w części dotyczącej “[...] konieczności sprowadzenia części zza granicy czas naprawy ulega przedłużeniu do 14 dni roboczych” - Zamawiający dopuszcza zmianę.

W pozostałym zakresie dotychczasowe warunki postępowania nie ulegają zmianie

*Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną*



9.

Wniosek o wykreślenie § 7 ust. 3 lit. a) wzoru umowy. Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego z kontraktowaniem procedur medycznych przez Zamawiającego. Przedmiot umowy, tj. obsługa serwisowa gamma kamery, nie ma związku z zakresem kontraktowania procedur medycznych przez NFZ. Brak zgody na wykreślenie wskazanego postanowienia wpłynie na podwyższenie wysokości ceny oferty Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmiany.

10.

Prośba o zmianę postanowienia § 8 ust 1 wzoru umowy w taki sposób, aby otrzymało ono następujące brzmienie:

„1. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.”

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie z swoje działania, a nie za działania Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami na Wykonawcach ciąży obowiązek ich uwzględnienia w treści oferty. Wyżej wymienione odpowiedzi stają się integralną częścią OPZ oraz innych dokumentów postępowania. Terminy składania i otwarcia ofert, tj:

- termin składania ofert: 05.06.2019 r. , godz. 12:00
- termin otwarcia ofert: 05.06.2019 r. , godz. 12:15  
ulegają następującej zmianie:
- termin składania ofert: 06.06.2019 r. , godz. 12:00
- termin otwarcia ofert: 06.06.2019 r. , godz. 12:15.

Z upoważnienia Dyrektora  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
im. Jana Mikulicza – Radeckiego  
we Wrocławiu

  
Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

*Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną*

