



Wrocław, 30.05.2019

Nr sprawy: USK/DZP/PN-184/2019

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi przeglądu okresowego aparatury medycznej w pakietach od 1 do 190 w okresie 36 miesięcy – trzecie powtórzenie zgodnie z art. 38 ust 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) i pkt VII. 6 i 7 SIWZ informuje, że wpłynęły zapytania jednocześnie wyjaśniając, co następuje:

Zapytanie nr 1

Dot. Formularz cenowy pakiet nr 15

Czy Zamawiający zgodzi się na rozbić pakietu nr 15 na np. pakiet 15a Strzykawka do kontrastu Accutron oraz 15b Strzykawka do kontrastu Stellant.

Uzasadnienie: Wstrzykiwacze zawarte w ww. pakiecie są innych producentów, akceptując zaproponowaną w zapytaniu zmianę zaistnieje możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty przez szerszy krąg Wykonawców, którzy dysponują wykwalifikowanym i przeszkolonym personelem posiadającym umiejętności i doświadczenie w przeglądach i konserwacji sprzętu objętego zamówieniem.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę i tworzy pakiet nr 15a

Zapytanie nr 2

Dot. Wzór Umowy par. 3 pkt. 14

Wykonawca oświadcza, iż dysponuje: a) legalnym, aktualnym oprogramowaniem umożliwiającym w pełnym zakresie zrealizowanie przedmiotu zamówienia, b) legalnymi, aktualnymi kodami serwisowymi, hasłami i innymi zabezpieczeniami umożliwiającymi w pełnym zakresie zrealizowanie przedmiotu zamówienia, c) narzędziami, miernikami z aktualnym świadectwem legalizacji, umożliwiającymi w pełnym zakresie realizację przedmiotu zamówienia, d) określonym przez producenta zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi, e) posiada określone przez producenta aktualne instrukcje serwisowe przedmiotu zamówienia oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności, f) zatrudnia osoby posiadające określone przez producenta kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do realizacji przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający odstąpi od po wyższego zapisu w pakiecie: 15

Uzasadnienie: Wymagania podane w zapisie może spełnić tylko producent i nie są one konieczne do wszystkich urzędzeń.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ w zakresie ppkt. c, d, e, f. Natomiast w ppkt. a oraz b Zamawiający dopuszcza odstąpienie od zapisu w pakiecie 15., ale z zastrzeżeniem, iż przeglądy zostaną wykonane zgodnie z aktualnymi wymogami Wytwórcy oraz zgodnie z instrukcją serwisową.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu zmienia treść specyfikacji istotnych:

A. ROZDZIAŁ I - Instrukcja dl Wykonawcy, pkt VIIa

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



nr pakietu	wysokość wadium w PLN
15	82,50
15a	82,50

- B. ROZDZIAŁ VII Formularze cenowe – tekst jednolity zgodnie z odpowiedziami na zapytania Wykonawców – w załączeniu

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) przedłuża termin składania ofert.

Termin składania ofert: 06.06.2019 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 06.06.2019 r. godz. 11:30

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Pouczenie:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Magda Jellin
Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną