



nr sprawy: USK/DZP/4.8 – 232/2019

Wrocław, 15.07.2019 r.

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy (2)

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę rękawic jednorazowych dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu - powtórzenie

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania wpłynęło zapytanie:

Zapytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 290mm i nieodczuwalnej różnicy w grubości na palcu $0,17 \pm 0,02$ mm oraz na dłoni $0,14 \pm 0,02$ mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Zofia Widomska-Brycka
Z-ca Kierownika ds. Przetargów

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną