



Wrocław, 07.04.2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-351/2019

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem i instalacją aparatury medycznej dla Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, w ramach zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2019 zgodnie z art. 38 ust 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) i pkt VII ppkt. 6,7 SIWZ informuje, że wpłynęły zapytania jednocześnie wyjaśniając, co następuje:

Zapytanie nr 1

Dotyczy pakiet nr 3

pkt. 2 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z ekranem o rozdzielczości 1024x768 dpi?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 2

Dotyczy pakiet nr 3

pkt. 6 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z ekranem dużych znaków z wyświetlaniem ostatniego pomiaru NIBP, z zachowaniem pozostałych trybów?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 3

Dotyczy pakiet nr 3

pkt. 7 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z pamięcią trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów ze 160 godzin?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 4

Dotyczy pakiet nr 3

pkt. 8 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z pamięcią jednej krzywej full disclosure z ostatnich 48 godzin? W czasie rzeczywistym dla określonej konfiguracji kardiomonitora dostępna jest pamięć z 16 godzin dla każdej krzywej.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 5

Dotyczy pakiet nr 3

pkt. 10 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości zdefiniowania indywidualnych profili konfiguracji ale z już zaprogramowanymi, najczęściej używanymi 8 profilami?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Zapytanie nr 6

Dotyczy pakiet nr 3

pkt. 12 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z 5- stopniową regulacją czasu wyciszenia alarmów (60, 120, 180, 600 i 900 sekund)?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 7

Dotyczy pakiet nr 3

pkt. 15 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z własnym akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 4400mAh? Akumulator litowo-jonowy ponownego ładowania, zapewniający przy pełnym poziomie naładowania zasilanie przez przynajmniej 4 godziny normalnego użytkowania, bez możliwości zastosowania 2-go akumulatora?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 8

Dotyczy pakiet nr 3

pkt. 16 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z graficznym wyświetlaniem informacji o pozostałym czasie pracy na baterii?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 9

Dotyczy pakiet nr 3

pkt. 17 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor bez gniazda VGA i z jednym portem USB?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 10

Dotyczy pakiet nr 3

pkt. 18 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor bez opcji czytnika kodów kreskowych i bez możliwości wpisania godziny przyjęcia, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 11

Dotyczy pakiet nr 3

pkt. 19 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z aktualizacją oprogramowania poprzez gniazdo USB, bez opcji zakupu narzędzia serwisowego?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 12

Dotyczy pakiet nr 3

pkt. 24 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z monitorowaniem czynności oddechowej oraz EKG, z klasyfikacją 20 rodzajów zaburzeń rytmu (w tym migotanie przedsionków) aktywną dla wszystkich grup wiekowych pacjentów?

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 13

Dotyczy pakiet nr 3

pkt. 32 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością stosowania czujników Masimo i Nellcor, bez opcji FAST?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 14

Dotyczy pakiet nr 3

pkt. 33 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z zakresem pomiaru ciśnienia skurczowego 40-270 mmHg i rozkurczowego 10-215 mmHg i zakresem pomiaru pulsu 40-240 bpm?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 15

Dotyczy pakiet nr 3

pkt. 35 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z opcjonalnym pomiarem IBP w zakresie pomiaru min. od -50 do +300 mmHg?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 16

Dotyczy pakiet nr 3

pkt. 38 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor bez opcji prezentacji odchyleń SR w postaci wykresu kołowego?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 17

Dotyczy pakiet nr 3

pkt. 39 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z opcjonalną drukarką termiczną umożliwiającą wydruk 3 kanałów na papierze o szerokości 50mm?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Pouczenie:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną