



Wrocław, 10.10.2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-355/2019

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (3)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu bezpiecznego, jednorazowego do wykonywania procedur z naruszeniem ciągłości tkanek (2)**, informuje, że wpłynęły zapytania jednocześnie wyjaśniając, co następuje:

Pakiet 1

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do iniekcji z zabezpieczeniem przed zakłuciem po użyciu w postaci plastikowej osłonki aktywowanej poprzez nacisk kciukiem, zapewniające szczelne połączenie ze strzykawką, ramię jednoelementowe, w kolorze identyfikującym rozmiar igły zgodnie z kodem kolorystycznym, bez możliwości odłączenia od nasadki, z ostrzem zorientowanym w kierunku osłony zabezpieczającej, która umożliwi iniekcje pod małym kątem oraz nie zasłania miejsca iniekcji, rozmiary: 0.6 x 32 mm, 0.7 x 32 mm, 0.8 x 25 mm, 0.8 x 40 mm, 0.9 x 25 mm, 0.9 x 40 mm – do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje aby osłona i nasadka były kodowane zgodnie z normą ISO.


Odpowiedź: TAK

3/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje aby igły bezpieczne były wyposażone w ramię ruchome w zakresie 180°, które nie zasłania miejsca iniekcji.

Odpowiedź: TAK

Pouczenie:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Magda Jellin
Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną