



Wrocław, 25.11.2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-404/2019

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawa wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem kardiokografów do ciąży bliźniaczej i pojedynczej oraz aparatu usg dla Kliniki Ginekologii i Położnictwa**, informuje, że wpłynęły zapytania jednocześnie wyjaśniając, co następuje:

Pakiet nr. 3 Aparat ultrasonograficzny.

Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, z monitorem o wysokiej jakości rozdzielczości 1920 x1080 pixeli, kolorowy, cyfrowy typu LCD o przekątnej ekranu 21,5 cala? Pragniemy zaważyć iż podany parametr nie ma znaczenia diagnostycznego ani ergonomicznego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, z maksymalną długością filmu w pamięci CINELOOP 14000 klatek ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, z zakresem dymniki systemu 256 dB. Tak niewielka różnica w parametrach nie ma znaczenia diagnostycznego ani ergonomicznego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt 13

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego modułu DICOM 3.0

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt 29


Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy pracujący w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z 7 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich zaoferowanych głowicach typu convex, mikroconvex oraz liniowych. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt 39

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy z półautomatycznym pomiarem NT i manualnym pomiarem IT?

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt 40

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, bez pomiarów Z-SCORE?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt 44

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, bez pomiaru IOTA do oceny i klasyfikacji zmian nowotworowych guzów jajnika?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt 45

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, z automatyczną biometrią BPD, HC, AC, FL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt 46

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy z głowicą endokawitarną objętościową 3D/4D o zakresie częstotliwości pracy 5-9 MHz, z liczbą elementów 192 kryształów, kątem skanowania 150,6°, z 3 pasmami częstotliwości dla obrazowania harmonicznego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt 47

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy z głowicą convex o zakres częstotliwości pracy 1-7 MHz, z liczbą elementów 160 kryształów, kątem skanowania 70° z 3 pasmami częstotliwości dla obrazowania harmonicznego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt 48

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy z głowicą convex o zakres częstotliwości pracy 3-10 MHz, z liczbą elementów 192 kryształy, kątem skanowania 58° z 3 pasmami częstotliwości dla obrazowania harmonicznego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt 49

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, bez możliwości rozbudowy na dzień składania ofert o oprogramowanie do obrazowania i oceny trójwymiarowego echa serca płodu (STIC)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt 50

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparatem wysokiej klasy, z głowicą convex objętościową 3 D/4D z głowicą wolumeryczną brzusznej z minimum 192 kryształami, o zakresie częstotliwości obrazowania B, obejmującym przedział 1-8 Mhz, kąt widzenia 70°?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt 51

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparatem wysokiej klasy z głowicą endowaginalną z minimum 192 kryształami, o zakresie częstotliwości obrazowania B, obejmującym przedział 2-11 MHz i obszarze skanowania minimum 150°?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt 52

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparatem wysokiej klasy, z głowicą liniową wysokiej częstotliwości 3-14 MHz, obrazowanie harmoniczne, liczba elementów 256 kryształy, FOV 50mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt 55

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparatem wysokiej klasy, bez możliwości rozbudowy na dzień składania ofert o oprogramowanie do automatycznego obrysu struktury i automatycznego obliczania objętości na obrazach w trybie 3D?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt 56

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparatem wysokiej klasy, bez możliwości rozbudowy na dzień składania ofert o oprogramowanie do obliczania % unaczynienia tkanki w obrazach 3D?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt 57

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparatem wysokiej klasy, bez możliwości rozbudowy na dzień składania ofert o oprogramowanie do biopsji pod kontrolą obrazu 4D?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert : 27.11.2019r., godz. 12:00 .

Nowy termin otwarcia ofert: 27.11.2019r., godz. 13:00.

Pouczenie:

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu


Magda Jellin
Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną