



Wrocław, 25.02.2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-460/2019

Korekta odpowiedzi z dnia 25.02.2020 r. w pozycji nr 3

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **doposażenie dla Inspektora Ochrony Radiologicznej w sprzęt medyczny ,USK/DZP/PN-460/2019,** informuje, że wplynęły zapytania jednocześnie wyjaśniając, co następuje:

Pakiet 2 – Osłony indywidualne rtg

Poz. 1, 2, 3, 4

Prosimy o dopuszczenie materiału o ochronnego o następujących właściwościach:

Materiał ochronny:

dwuwarstwowa mieszanka ołowiu i antymonu na bazie polimeru winylowego, lżejsza od standardowego fartucha wykonanego z gumy ołowiowej, zapewniająca deklarowaną ochronę przy napięciu 50-110kV – waga maksymalna 6,4 kg/m² dla współczynnika ochrony 0,5 mm Pb, zgodny z obowiązującymi normami IEC61331-1-2014, IEC61331-3-2014

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza ale bez polimeru winylowego

Pouczenie:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu
Magda Jellin
Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną