



Wrocław, dnia 10 - 07 - 2020 r.

Nr sprawy: DZP.242.190.2020

Odpowiedź nr 1

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, informuje że wpłynęły zapytania Wykonawców, jednocześnie wyjaśniając co następuje.

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuści urządzenie o następujących parametrach w odniesieniu do wymaganych:

L.P.	PARAMETRY TECHNICZNE	PARAMETR OFEROWANY
1.	Wirówka dedykowana m.in. do badań cytologicznych	Wirówka dedykowana do badań cytologicznych
2.	Zakres RPM min.: 90 ÷ 6 000, krok 1 RPM	Zakres RPM 200 ÷ 2 000, krok 10 RPM
3.	RCF max. 4830xg	RCF max. 1175xg
4.	Zasilanie : 230V 50/60Hz	Zasilanie : 230V 50/60Hz
5.	Możliwość nastawienia czasu wirowania w przedziale od 1s do 99h59 min59s	Możliwość nastawienia czasu wirowania w przedziale od 0,1 min. do 99,5 min
6.	Dźwiękowe powiadomienie o zakończonym programie	Dźwiękowe powiadomienie o zakończonym programie
7.	Wirnik horizontalny cytologiczny, komplet z zawieszkami	Wirnik horizontalny cytologiczny, komplet z zawieszkami
8.	Programy użytkownika min. 20	Programy użytkownika 100
9.	Wyświetlacz graficzny LCD - wygaszanie ekranu po okresie bezczynności	Wyświetlacz LCD
10.	Menu w języku polskim	Menu w języku angielskim
11.	Manualne ustawianie promienia wirowania (z automatyczną korektą RCF)	Przełącznik trybu RCF
12.	Tryb pracy ciągłej HOLD	Brak pracy ciągłej HOLD
13.	Praca w trybie SHORT	Praca w trybie SHORT
14.	Zmiana parametrów podczas wirowania	Zmiana parametrów podczas wirowania
15.	Automatyczne otwieranie pokrywy	Automatyczne otwieranie pokrywy
16.	Komora wirowania ze stali nierdzewnej	Komora wirowania ze stali nierdzewnej
17.	Czujnik niewyważenia	Czujnik niewyważenia
18.	Blokada pokrywy podczas wirowania	Blokada pokrywy podczas wirowania
19.	Blokada startu przy otwartej pokrywie	Blokada startu przy otwartej pokrywie
20.	Awaryjne otwieranie pokrywy	Awaryjne otwieranie pokrywy
21.	Wymiary (+/- 20mm): 300 x 365 x 455mm [HxWxD], 570mm wys. z otwartą pokrywą;	Wymiary: 325 x 405 x 500 mm [HxWxD]
22.	Waga 20 kg (+/- 3kg)	Waga 32 kg
23.	W zestawie komplet wkładek cytologicznych do wykonania minimum 200 preparatów.	W zestawie komplet wkładek cytologicznych do wykonania minimum 200 preparatów.
24.	Gwarancja, min. 24 miesiące	Gwarancja, 24 miesiące

Pozostałe warunki zgodnie z wymaganiami.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu
Magda Jellin
Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY WE WROCŁAWIU

50-556 Wrocław, ul. Borowska 213, NIP 898-181-68-56

kancelaria: tel. (71) 733 12 00, fax (71) 733 12 09, e-mail kancelaria@usk.wroc.pl; www.usk.wroc.pl