



Wrocław, dnia 16.06.2020 r.

Nr sprawy: DZP.242.451.2019

Dotyczy: Dostawa narzędzi chirurgicznych oraz sprzętu medycznego dla Kliniki Otolaryngologii i Poradni Otolaryngologicznej.

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pakiet nr 3

Poz. 2) Zwracamy się z prośbą o poprawę omyłki pisarskiej w numerze katalogowym- powinno być 08-286 zamiast 08-2886.

Odpowiedź: Zamawiający koryguje omyłkę pisarską i załącza poprawiony załącznik.

Poz. 30) Zwracamy się z prośbą o poprawę omyłki pisarskiej w numerze katalogowym- powinno być 08-627 zamiast 08-623.

Odpowiedź: Zamawiający koryguje omyłkę pisarską i załącza poprawiony załącznik.

Poz. 67) Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej przy szerokości dłutka? Zgodnie z numerem katalogowym 08-240 szerokość dłutka powinna być 4mm.

Odpowiedź: Zamawiający koryguje omyłkę pisarską i załącza poprawiony załącznik.

Poz.76) Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w numerze figury lusterka? Dla średnicy 20mm powinna być figura nr 5.

Odpowiedź: Zamawiający koryguje omyłkę pisarską i załącza poprawiony załącznik.

Parametry bezwzględnie wymagane dla oferowanych narzędzi:

Poz.3) Pragniemy poinformować, że firma Metech nie znakuje swoich narzędzi nazwą producenta.

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu fabrycznego naniesienia nazwy producenta na narzędziach. Do każdego narzędzia dołączane jest opakowanie, w którym jest informacja o producencie oraz zasadach sterylizacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczenie narzędzi bez fabrycznego naniesienia nazwy producenta na narzędziach.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną