



Wrocław, dnia 25.06.2020 r.

Nr sprawy: DZP.242.188.2020

**Dotyczy: Doposażenie Zakładu Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej.**

**Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.**

1. Czy Zamawiający dopuszcza BOBIX – przyrząd do stabilizacji małych dzieci podczas badań RTG w rozmiarze 1 o wymiarach: długość 50 cm, obwód górny 40 cm i obwód dolny 30 cm? Czy Zamawiający wyraża zgodę na to, aby przyrządy BOBIX objęte były 12 miesięczną gwarancją?  
**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**
2. Czy podany okres gwarancji dotyczy również pakietu nr 3?  
**Odpowiedź: tak.**
3. Proszę o sprostowanie czy Zamawiający w pakiecie nr 4 podając długość osłony rtg tarczycy 12 cm miał na myśli długość śliniaka osłony?  
**Odpowiedź: tak.**

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia Dyrektora  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
im. Jana Mikulicza – Radeckiego  
we Wrocławiu  
  
**Magda Jellin**  
Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

*Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną*