



L. Dz. DZP.242.176.2020

Wrocław, 19.06.2020 r.

**Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu**

Dotyczy: dostawa wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem aparatury medycznej oraz regeneracją narzędzi chirurgicznych dla Działu Bloków Operacyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu według pakietów 1 – 31 – dogrywka w zakresie pakietów 2, 3, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 29 i 31, nr sprawy: DZP.242.176.2020

Zamawiający informuje, że wpłynęło do niego następujące pytanie od Wykonawcy:

Dotyczy Pakietu 17 (stolik na instrumenty) – Załącznik nr 1

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści stolik z zakresem regulacji 960/1370 mm? Oferowany stolik spełnia wszystkie pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzieloną odpowiedzią na Wykonawcach ciąży obowiązek jej uwzględnienia w treści oferty.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Magda Jellin
Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną