



Wrocław, dnia 29.07.2020 r.

Nr sprawy: DZP.243.902.2020

Dotyczy: realizacja przeglądów technicznych aparatury medycznej różnych producentów w pakietach 1-34 w okresie 12 miesięcy

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Dotyczy pakietu 29

**Pytanie nr 1.** Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zgodnie z zapisami wzoru umowy §2 ust. 3c wymaga instalacji najnowszej wersji oprogramowania zgodnie z wersją zawartą poniżej? Nadmieniamy, iż aktualizacje oprogramowania umożliwiają współpracę kardiomonitorów z wieloma opcjonalnymi modułami pomiarowymi zakupionymi po instalacji urządzeń.

- Dla BSM-2301K aktualizacja oprogramowania do wersji 04-31 w wersji polskiej,
- Dla BSM-6000 aktualizacja oprogramowania do wersji 8-11,
- Dla PVM-2701 aktualizacja oprogramowania do wersji 4-21.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga najnowszej wersji oprogramowania**

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia Dyrektora  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
im. Jana Mikulicza – Radeckiego  
we Wrocławiu  
**Magda Jellin**  
Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

*Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną*