



Wrocław, dnia 21.12.2019 r.

Nr sprawy: DZP.243.979.2020

Dotyczy: naprawa aparatu RTG z ramieniem C, typ: Modulith SLX-MXX-ray.

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

1. §1 ust. 3 umowy - Ze względu na wiek urządzenia i ograniczony dostęp do części czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oraz wymienić podczas naprawy części zamienne na oryginalne, określone przez wytwórcę urządzeń.”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. §1 ust. 4 umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu sporządzenia wyceny i przekazania jej Zamawiającemu do 7 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. §3 ust. 1 umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania prac do 30 dni od daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że jeśli problem z dostępem do części nie będzie zależny od Wykonawcy wówczas termin ten może ulec przedłużeniu?

Odpowiedź: zgodnie z umową.

4. Zamawiający wymaga przedłożenia przez Wykonawcę m. in. dwóch referencji potwierdzających wykonywanie usługi naprawy tożsamego typu sprzętu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od powyższego wymogu w przypadku wykonawcy, który usługi naprawy tożsamego typu sprzętu świadczył już na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu?

Odpowiedź: zgodnie z umową.

5. §8 ust. 1a i 1b umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu gwarancji do 12 miesięcy? Są to standardowe warunki udzielane przez producenta, na które wykonawca nie ma wpływu.

Odpowiedź: Zamawiający prosi o przedstawienie oferty w dwóch wariantach gwarancji na 12 i 24 miesięcy.

6. §8 ust. 3 umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy gwarancyjnej do 14 dni, a w przypadku konieczności sprowadzania części zza granicy 30 dni, z możliwością przedłużenia terminu przy braku dostępności części u Producenta i konieczności ich produkcji na zlecenie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną