



Wrocław, dnia 22 - 09 - 2020 r.

Nr sprawy: DZP.242.289.2020

Odpowiedź nr 3

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa szczotek sterylnych suchych do chirurgicznego mycia rąk oraz pojemników na odpady medyczne na podstawie art. 38 ust.1 pkt. 3), art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informuje że wpłynęły zapytania Wykonawców, jednocześnie wyjaśniając co następuje.

Pakiet 2, poz.1-7

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jakie parametry ma spełniać pojemnik typu BOM.

Odpowiedź:

1. pojemniki **okragłe** z pokrywą – zatrzaskowe zamknięcie z możliwością wielokrotnego otwierania i po napełnieniu trwałego szczelnego zamknięcia,
2. pojemniki na odpady medyczne (igły, wenflony, strzykawki, ostrza itd.),
3. pojemniki wykonane z polietylenu,
4. pojemniki trwałe, odporne na uszkodzenia i chemikalia,
5. pokrywy posiadają otwory wrzutowe o różnych wielkościach i przeznaczeniu **dot. poz. 2-7**,
6. pojemniki posiadają wymagane przepisami etykiety informacyjne z polem do opisu oraz znakiem ostrzegawczym.

POUCZENIE

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Informacji, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, udziela Dział Zakupów i Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, tel. 71 / 784 – 20 – 28, adres e-mail: ekomar@usk.wroc.pl

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu
Magda Jellin
Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną